

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

21.05.2024

Sayı: 829

Konu: ŞEKER STRİBİ İLE KANDA GLUKOZ TESTİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 24.05.2024 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ŞEKER STRİBİ İLE KANDA GLUKOZ TESTİ			30000	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

GLUKOMETRE ŞEKER STRİBİ

- 1.Stripler biyosensör teknolojisi ile çalışmalıdır.
- 2.Stripleri kanı damlatmaya gerek duymadan sribin uç kısmından kapiller olarak çekilmelidir.
- 3.Sribin kanı emen bölümü şeffaf olmalı ve kanın emildiği bölüme yeterli kan dolup dolmadığı gözle görülebilmelidir.
- 4.Strip kan örneği uygulandığında yeterli kan örneğinin uygulandığını cihaza bildirecek teknolojiye sahip olmalıdır.
- 5.Her 500 scribe 1 adet strip ile uyumlu glukometre cihazı verilecektir.
- 6.Stripler 1,5 mikrolite kan örneği ile çalışabilmelidir.
- 7.Stripler üzerinde sribin cihaza takılacak bölümünü gösterir işaretler bulunmalıdır.
- 8.Stripler 25'lik veya 50'lik ambalajlarda olmalıdır.
- 9.Stripler toplam 10 sn içerisinde sonuç verebilir özellikte olmalıdır.
- 10.Stripler orijinal ambalajında olmalıdır.Kutu etiketleri üzerinde kod no, lot no, son kullanım tarihi, saklama koşulları ve kaç testlik ambalajda olduğu belirtilmelidir.
- 11.Stripler 4-30 °C sıcaklıkta saklanabilmelidir.
- 12) Strip kutularında nemlenmeyi önleyecek düzenekler bulunmalıdır.
- 13) Her kutunun içerisinde mutlaka bir kalibrasyon çubuğu bulunmalıdır.
- 14) Stripler dünyada gold standart kabul edilen YSI sistemleri ile yapılan karşılaştırmalarda geçerli olan standartları yakalamış olmalıdır.
- 15.Teslim tarihinden itibaren en az 1 (Bir) yıl miadlı olmalıdır.
- 16.Son kullanma tarihinin geçmesine 3 ay kala bildirilen kullanılmamış tüm tıbbi sarf malzemeler yenisi ile değiştirilecektir.
- 17.Numune getirmesi zorunludur. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Dr. Öğr. Üyesi
BUREN ÜZEN KARABULUT
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Acil Tıp
Dış Tes.No: 184 891

Uzm. Dr. Büşra İŞLEYEN
Acil Tıp Uzmanı
Dış. Tes. No. 182332
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Yusuf GELGEN