

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Tutak Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

24.05.2024

Sayı: 24 DT 705499
Konu: Biyomedikal Cihaz Alımı İşi

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı mal/malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile satın alınacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden **29/05/2024** Tarih ve saat: **10:00** 'e kadar tutakdhsatinalma@outlook.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Bilgilerinize önemle duyurulur.

Murat DİVARCI
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Mal/Hizmet Adı	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	OTOSKOP - OFTALMOSKOP CİHAZLARI, TAŞINABİLİR DİREKT OTOSKOP CİHAZI		2	Adet		
Genel Toplam (KDV Hariç)						

Yazıyla//.....TL//

Teklif Eden
.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satın almanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

OTOSKOP SET TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. *Fiberoptik aydınlatmageliştirilmiş XHL Xenon Teknolojisinde üretilmiş olmalıdır.*
2. *2.5 Volt, xenon ampul ile aydınlatma sağlamalıdır.*
3. *Otoskop portatif taşınabilir olmalı ve kullanım kolaylığı açısından ışık sistemi tek elle açılıp kapanmalıdır.*
4. *Açıp-kapama düğmesi cihazın sap kısmındaki klipsin yukarı - aşağı hareketiyle sağlanmalıdır.*
5. *Otoskop gövde iç kısmı bakır olup, dış kısmı ABS (yüksek dayanıklı sıkıştırılmış plastik) üretilmiş olmalıdır.*
6. *Işık 18.5 lümen olmalı ve 3 kez büyütme yapan merceği olmalıdır.*
7. *Mercek, otoskop başlığının plastik gözlem penceresinin içinde bulunmalı ve bu pencere çizilmeye karşı dayanıklı olmalıdır.*
8. *Otoskopun gözlem penceresinden bakıldığında görüşü engelleyecek herhangi bir şey bulunmamalıdır.*
9. *Cihaz ile birlikte 2 şer adet 2.4 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm çapında toplamda 8 adet spekülüm bulunmalıdır.*
10. *Cihaz 2 ad. AA Alkalın pil ile çalışmalıdır. Piller, alt kapak kısmının çevrilip açılmasıyla değiştirilebilir olmalıdır.*
11. *Cihaz, ortam ısısı 10°C- 35 °C ve ortam nemi 30%- 75 % değerlerinde çalışmalıdır.*
12. *Spekülümler başlık kısmındaki çentiğe yerleştirilip döndürülerek takılıp çıkartılabilir olmalıdır.*
13. *Otoskop başlığı vida gibi sıkıştırılarak sapa sabitlenebilir olmalıdır.*
14. *Otoskop başlığı üzerinde üretici firmanın logosu bulunmalıdır.*
15. *Otoskop başlığı üzerinde CE işareti olmalıdır.*
16. *Otoskop set, sert plastik şık koruyucu kutu içinde bulunmalıdır.*
17. *Otoskop setin dış karton kutusu üzerinde marka, üretici firma, ürün cinsi, model, ithalatçı firma ve barkot numarası belirtilmiş etiketi bulunmalıdır.*
18. *Cihaz Sağlık Bakanlığınca verilen UTS veya TİTUB kaydı bulunmalıdır.*

İmza
Özlem Kılıç