

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

30.05.2024

Sayı: 345

Konu: MEKANİK VENTİLATÖR HAVA NEMLENDİRME CİHAZI ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 05.06.2024 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	NEBÜLİZATÖR - HUMIDIFIER CİHAZLARI, PEDIATRİK, VENTİLATÖR İLE UYUMLU NEMLENDİRİCİ / HUMIDIFIER (SICAK BUHAR)			8	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

NEMLENDİRİCİ CİHAZI TEKNİK ŞARTNAME

1. Cihaz yenidoğan, pediatri ve yetişkin modlarında çalışabilmelidir.
2. Cihazda non-invaziv, invaziv ve HFO modu olmalıdır.
3. Cihazda nebulizatör özelliği olmalıdır. Bu işlevi mesh teknolojisi ile yerine getirebilmelidir.
4. Cihazın ekranı en az 3,5 inç ve dokunmatik olmalıdır.
5. Cihazın tüm kontroller dokunmatik yüksek çözünürlüklü renkli LCD ekran ve tuş ile kontrol edilebilir olmalıdır.
6. Dokunmatik ekranda herhangi bir fonksiyon kaybı oluşması durumunda membran yüzeyinde bulunan tuşlar ile kontrol edilebilir olmalıdır.
7. Herhangi bir tuşa basılmasına gerek duyulmadan ekran üzerinden hastaya verilen sıcaklık ve ayarlanan sıcaklık değerleri gözlemlenebilir olmalıdır.
8. Cihaz non-invaziv modda 30-35°C arasında, invaziv modda 35-40°C ve HFO modunda 30- 37°C arasında çalışabilmelidir.
9. Her mod için cihazın sıcaklık default ayarları olmalıdır.
10. Cihaz su dökülme durumuna karşı suyu dışarı atacak şekilde boşaltma delikleri bulunmalıdır.
11. Cihazın aşırı ısınma durumuna karşı alarm sistemi ile donatılmış olmalıdır.
12. Aşırı ısınma durumunda ısıtıcı tabla ve ısıtıcı tel sıcaklığını kesmelidir.
13. Cihazda oluşan alarmlar sesli ve görsel olarak ekran ve lightbar üzerinden görülebilmelidir. Ayrıca alarm sebebi ekran üzerinden takip edilebilmelidir.
14. Alarm butonuna basıldığında 120 sn alarm sesi susturulmalıdır.
15. Cihazın kullanıcıyı uyaran alarm parametrelerine sahip olmalıdır;
 - Yüksek sıcaklık alarmı
 - Düşük sıcaklık alarmı
 - Su haznesi boş alarmı
 - Su haznesi takılı değil alarmı
 - Hatalı hasta devresi takılı alarmı
 - Aşırı ısınma alarmı
16. Cihaz her akış değerinde hastaya doğal nemin verilmesini sağlayabilmelidir.
17. Nemlendirici IP21 sertifikasına sahip olmalı, cihazda oluşabilecek sıvı temaslarında hasta ve cihaz güvenliği sağlanabilmeli ve bu özellik açıkça cihaz üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
18. Cihaz arka kısmında kızak sistemi ile istenilen bir yere sabit edilebilmeli veya herhangi düz bir zemin üzerinde çalışabilmelidir.
19. Cihaz kullanılacak olan ventilatör cihazına birebir uyumlu olmalıdır.
20. Cihaz ile birlikte verilecek ekipmanlar;
 - 1 adet güç kablosu
 - 1 adet ısıtıcı tel adaptör
 - 1 adet sıcaklık probu
 - 1 adet nebulizatör kablosu
21. İstenildiği takdirde Nebülizatör T – parça ve Nebülizatör ilaç haznesi hastane tarafından tedarik edilebilir olmalıdır.

22. Cihazın çalışabileceği ortam sıcaklığı 20 °C ile 30 °C olmalıdır.
23. Cihazın saklama sıcaklık değeri -20 °C ile 60 °C arasında olmalıdır.
24. Cihazın Çalışma Voltajı 230V 50/60Hz olmalıdır.
25. Cihazın CE belgesi bulunmalıdır.
26. Teklif veren firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi bulunmalıdır.
27. Teklif edilecek cihaz imalat ve fabrikasyon hatalarına karşı en az iki (2) yıl garanti kapsamında olmalıdır.
28. Teklif veren firmanın tıbbi cihaz yönetmeliği, vücuda yerleştirilebilir aktif cihaz yönetmeliği, vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği kapsamında tıbbi cihaz satış, reklam ve tanıtım yönetmeliği gereğince satış merkezi yetki belgesine sahip olmalıdır. Bu yetki belgesi ihale dosyasında sunulmalıdır.

ACI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Doç. Dr. Esra BEŞER
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Neonatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 153381

Caner LEVENT
YDYB Sorumlusu