

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

30.05.2024

Sayı: 346

Konu: MR CİHAZI İÇİN UYUMLU OKSİJEN TÜP BAŞLIĞI ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 05.06.2024 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet FAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	OKSİJEN TERAPİ CİHAZI TEK FLOWMETRELİ TEK MANOMETRELİ (NEMLENDİRME KABI İLE)			5	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

MR UYUMLU OKSİJEN TERAPİ CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz hastanelerde, MR'de kullanılacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
2. Cihaz oksijen tüpünden gelen basınçlı gazı regüle edip nemlendirerek hastaya verilmesini sağlamalıdır.
3. Cihaz üzerinde tüp basıncını gösteren bir manometre olmalıdır.
4. Cihaz, oksijen tüpündeki basıncı 200 kg/cm²' den 3,5-4 kg/ cm²' ye düşürerek, tüp basıncını regüle etmelidir.
5. Cihazın kesinlikle her bir parçası MR uyumlu olmalıdır.
6. Cihazın regülatöründen 3,5-4 kg/cm² basınçla çıkan gazın debisi cihazın flowmetresinde 0-15 lt/dak arasında ayarlanabilmelidir.
7. Cihazın flowmetresi en az 150 ml'lik nemlendirme kabı ile birlikte verilmelidir.
8. Cihazın nemlendirme kabı 121 derecede steril edilebilir olmalıdır.
9. Üründe MR'ye uyumlu metaryalden flowmetre ayar düğmesi olmalıdır.
10. Ürün MR uyumlu kaplama olmalıdır.
11. Teklif veren firma MR uyumlu olduğuna dair garanti verebilecektir. Oksijen terapi cihazının MR' da herhangi bir soruna yol açtığı takdirde bundan firma sorumlu olacaktır.
12. Cihaz imalat ve montaj hatalarına karşı 2 yıl garantili olmalıdır..
13. Üretici ISO9001 kalite yönetim sistemi belgesine sahip olmalıdır.
14. Üretici ISO 13485 kalite yönetim sistemi belgesine sahip olmalıdır.
15. Üretici ISO 14001 kalite yönetim sistemi belgesine sahip olmalıdır.

Eyüp KARTAL
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Sorumlusu

M. DURAK
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Sorumlusu