


## EKG KAĞIDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-)Termal kağıttan üretilmiş olmalıdır.
- 2-)112mm\*100mm-10m ebatlarında olmalıdır.
- 3-)Z katlamalı olmalıdır.
- 4-)Milimetrik kareli olmalıdır.
- 5-)Paketler hava ve nem almayacak şekilde ambalajlanmalıdır.
- 6-)ZONCARE marka İMAC 12 model EKG cihazına uyumlu olmalıdır.
- 7-)Firmaların numune getirmesi zorunludur.
- 8-)Numunelerin doğru ve uygun gönderilmesi adına tarafımızca birer kağıt örneği firmaya gönderilmiştir. Ekte mevcuttur.
- 9-)Getirdiği numuneye göre tercih edilen firma, baskıyı getirdiği numuneye göre yapmak zorundadır. Aksi halde getirilen ürün iade edilecektir.
- 10-)Ürünlerin nakliyat, taşıma ve istifleme işi ihaleyi alan firmaya aittir.

ŞULENUR KAYA

HEMŞİRE



ŞEVİN KAYMAK

HEMŞİRE



CEYLAN ASLAN TUNÇ

KALİTE BİRİM SORUMLUSU

