



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İl Sağlık Müdürlüğü  
Doğubayazıt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi



Sayı : E-99989031-949-245459921  
Konu : TEKLİFE DAVET

03.06.2024

TEKLİFE DAVET  
(İLGİLİ FİRMALARA)

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Merkezimiz için gerekli olan **MEDİKAL HAVA KOMPRESÖRÜ BAKIM VE ONARIM, DEZENFEKSİYONLU BAKIM SANTRALİ BAKIM VE ONARIMI** hizmet alım işi için 4734 sayılı İhale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **09.05.2024 tarih ve saat 10:00'a kadar** [dogubayazitadsmsatinalma@gmail.com](mailto:dogubayazitadsmsatinalma@gmail.com) adresinize göndermenizi rica ederim.

**Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK**  
**İdari Ve Mali İşler Müdürü**

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	MEDİKAL HAVA KOMPRESÖR Ü BAKIM VE ONARIM	PERİYOT	12		
	DEZENFEKSİYONLU BAKIM SANTRALİ BAKIM VE ONARIMI	PERİYOT	12		

**GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):**

**Firma Yetkilisi**  
**İmza/Kaşe**

**OLUR**  
**MEHMET NURİ İLÇİ**

**NOTLAR**

*Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.*

Belge doğrulama kodu: 40B344BD-4735-488D-92C6-CF3CBAE65AF4

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Çiftelınar Mah. Rıfık Başkaya Cad. No:2 Doğubayazıt/AĞRI 04400  
Telefon No: 4723124022  
e-Posta: İnternet Adresi: dogubayazitadsm.saglik.gov.tr  
Kep Adresi:

Bilgi için: Dicle UÇAR  
Sağlık Memuru  
Telefon No:



1. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
2. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir. Genel Toplam tutar firma tarafından yazılmış
3. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.
4. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
5. Alımlar <https://agriihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde ilan edilecektir.
6. Alım konusu cihaz ise eğitimi merkezimizde ücretsiz yapılacaktır.
7. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
8. Teklif sonucunda siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazaret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler(rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
11. Teklif edilen malzemenin Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) sistemine veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olması ve Tıbbi ürünler için yapılan kayıtlarda/bildirimlerde "Sağlık Bakanlığı Onaylıdır" ibaresi aranacaktır.
12. Yeni kurum olduğumuzdan dolayı g-mail ile iletişime geçebilirsiniz.

**ADRES: Çiftepınar Mah. Rıfki Başkaya Cad. No:2**  
**e-posta: [dogubayazitadsmsatinalma@gmail.com](mailto:dogubayazitadsmsatinalma@gmail.com)**  
**Telefon No: 0472 312 40 21**

Mehmet Nuri İLÇİ  
Başhekim

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 40B344BD-4735-488D-92C6-CF3CBAE65AF4

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Çiftepınar Mah. Rıfki Başkaya Cad. No:2 Doğubayazıt/AĞRI 04400  
Telefon No: 4723124022  
e-Posta: İnternet Adresi: [dogubayazitadsm.saglik.gov.tr](mailto:dogubayazitadsm.saglik.gov.tr)  
Kep Adresi:

Bilgi için: Dicle UÇAR  
Sağlık Memuru  
Telefon No:





245256781

## AđRI DOđUBAYAZIT AđIZ VE DIř SAđLIđI MERKEZİ

### BAřHEKİMLİđİNE

Ek'te sunulan ihtiyaç talep formunda belirtilen malzemelere ihtiyacımız vardır. Alımının gerçekteřtirilmesi hususunda

Geređini bilgilerinize arz ederim.

30/05/2024

T.C. DOđUBAYAZIT  
Ađız ve Diř Sađlıđı Merkezi  
Fırat ÇAKAN  
Tařınır Kayıt Yetkilisi.



TC. AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ



SAĞLIK TESİSİ İHTİYAÇ TALEP FORMU

Sayı: Tarih: 30.05.2024

TALEP EDEN SAĞLIK TESİSİ: DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

TALEP EDEN İLGİLİ BİRİM ADI:

S.N	DMO& BARKOD& UBB KODU <sup>1</sup>	TAŞINIR KODU <sup>1</sup>	MALZEME ADI	TALEP MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ
1			MEDİKAL HAVA KOMPRESÖRÜ BAKIM VE ONARIMI	12	PERİYOT
			DEZENFEKSİYONLU BAKIM SANTRALİ BAKIM VE ONARIMI	12	PERİYOT

Yukarıda istemi yapılan talebin ihtiyaçtan fazla talep edilmediği, fazla talep edilmesinden kaynaklanan yasal sorumlulukların tarafımıza ait olduğunu, hazırlanmış olduğumuz talebe ait ekteki teknik şartnamelerin yürürlükteki kanunlara, yönetmeliklere uygun olduğunu ve rekabete engel teşkil etmediğini taahhüt ederiz.

TALEP EDEN BİRİMİN TALEP GEREKÇESİ

HASTANEMİZDE BULUNAN MEDİKAL HAVA KOMPRESÖRÜNÜN BAKIM VE ONARIMI - DEZENFEKSİYONLU BAKIM SANTRALİ BAKIM VE ONARIMI YAKLAŞIK 12 PERİYOTTA BAKIM VE ONARIMI İHTİYAÇTIR. İHTİYAÇTAN FAZLA TALEP EDİLMEDİĞİ, FAZLA TALEP EDİLMESİNDE YASAL SORUMLULUKLARIN TARAFIMIZA AİT OLDUĞUNU, HAZIRLANMIŞ OLDUĞUMUZ TALEBE AİT EKTEKİ TEKNİK ŞARTNAMELERİN KAPSAMINDA OLUŞABİLECEK ARIZA DURUMUNDA ONARIMI İHTİYAÇTAN FAZLA İHTİYAÇTIR.

TALEP EDEN BİRİM SORUMLUSU

FIRAT ÇAKAN  
T.C. DOĞUBAYAZIT  
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ  
FİRAT ÇAKAN  
Taşınır Kayıt Yetkilisi

UYGUNDUR/UYGUN DEĞİLDİR

İHTİYAÇ TESPİT KOMİSYON BAŞKANI

30.05.2024

İletişim Tel No:

Taşınır Kayıt Yetkilisi

DEPO/TEKNİK BİRİMİ GÖRÜŞÜ

Taşınır Kayıt Yetkilisinin  
Adı Soyadı ve İmzası

Yukarıda miktar belirtildiği üzere ..... nolu kalemler depoda mevcuttur.

T.C. DOĞUBAYAZIT  
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ  
FİRAT ÇAKAN  
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Yukarıda miktarı belirtildiği üzere .....	..... nolu kalemler depoda mevcut değildir
<b>MKYS Kontrolü Yapılmıştır.</b>	
..... nolu kalemlerde Stok fazlasına rastlanılmamıştır.	
..... nolu kalemlerde ekli listede belirtildiği üzere stok fazlası tespit edilmiştir.	
<b>Yukarıdaki talebin satın alınması hususunu onaylarınıza uygun görüşle arz ederim.</b>	
Gercekleştirme Görevlisi	
İdari Mali İşler Müdürü	

1 - Talebi yapan bölüm istemiş olduğu mal-malzemeler için varsa DMO Kodunu, taşıma kodu ise depo tarafından dolduracaktır.

2- Bu form önlü arkalı tek yaprak şekilde düzenlenmiştir.

Ek 1: İhtiyaç Tespit Komisyonu İmza Kararı

Ek 2 : Teknik Şartname

DÖK.KODU:MC.FR.08

YAY.TAR: 23.01.2018

REV.TA

## DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

### MEDİKAL HAVA KOMPRESÖRÜ BAKIM VE ONARIMI

### DEZENFEKSİYONLU BAKIM SANTRALİ BAKIM VE ONARIMI

#### Yüklenicinin Sorumluluğu ve Bakım Periyodu

Yüklenici bu maddede belirtilen tüm işleri yapmak, diğer tüm aksaklıkları gidermek. Cihazların kontrollerinin yapılması ve bakım ve onarım için gerekli parçaların idareye bildirerek onay dahilinde tedarik etmekle yükümlüdür.

1. Yukarıda yazılı cihazların ve hastane tesisat hattının sözleşme tarihinden itibaren ayda bir defa bakım hizmeti verilmesi.
2. Emniyet kontrollerinin ve ayar işlerinin yapılarak, tesisin işleme ve emniyeti bakımından önemli olan aşamaların temizlenmesi sağlanır.
3. Sözleşme süresi içerisinde yedek parça gerektiren arıza ve bakım durumunda idare söz konusu yedek parçayı yüklenici firmadan temin edebileceği gibi diğer firmalardan da temin edebilir, ilgili yedek parçanın yüklenici firmadan temin edilmesi durumunda idarenin onayı alındıktan sonra değiştirilmelidir, ilgili yedek parça diğer firmalardan temin edilmesi durumunda yedek parçaların sisteme montajı yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Yüklenici bu işlem için ek bir ücret talep etmeyecektir.
4. Yapılacak bakım onarım işlemleri kurumun belirlediği personel nezaretinde yapılır. Arıza işleri nitelikli personel tarafından yapılmalıdır. Bakım yetkisi yükleniciye aittir. İdare yüklenicinin her türlü çalışmalarında isterse gözlemci bulundurabilir. Gözlemcinin tavsiyesi dikkate alınır.
5. Cihazlarda meydana gelen arızalar, yazılı, sözlü veya telefonla haber verilmesine müteakip 48 saat içerisinde yüklenicinin yetkili elemanlarınca arızaya müdahale edilir. Kuruma gelinir yada telefon ile yönlendirme yapılarak sistemlerin kesintisiz çalışması sağlanır.
6. Cihazlarda revizyon gerektiği durumlarda yüklenici tarafından idareye verilecek revizyon listesi idare tarafından kabul edilinceye kadar cihazın çalışması sakıncalı görüldüğü takdirde güvenlik için cihazların parçaları yükleniciden alınır ve durum idare yetkilisine bildirilir. En kısa sürede arıza giderilerek cihaz çalışır hale getirilir.
7. Yüklenici firma ve kurum sözleşme kapsamında yapacağı çalışmaları 6331 sayılı iş sağlığı ve iş güvenliği kanununa ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılmış ve çıkarılacak olan tüm tüzük, yönetmelik ve genelgelere uygun olarak yapma konusunda tamamen sorumludur.
8. Arıza parça değiştirmek suretiyle giderilecekse idareye yazılı olarak rapor edildikten ve onay alındıktan sonra parçanın il içinde temininde 24 saat, il dışında temininde 96 saat içinde cihaz güvenli çalışır hale getirilir.
9. Yedek parçanın yurt dışından gelmesi halinde yasal presödürlerin gereklerine göre ve azami 1

(bir) ay içinde temin edilir ve cihazlar güvenli çalışır hale getirilir

10. Cihazların muntazam bir şekilde rutin periyodik bakımları yapılır, yüklenici emniyet için gerekli gördüğü her türlü ayarı yapar, tüm sistemlerin toz ve pisliklerden temizlenmesini sağlar, yağlama işleminin, uygun yağlar kullanmak suretiyle yapar.
11. Yüklenici tarafından hazırlanan arıza bakım formları ve periyodik bakım formları taraflarca imza altına alınır.
12. Yüklenici firma idarenin sorumlu gördüğü en az 2 elemanına sözleşmeyi müteakiben bakım sözleşmesi kapsamındaki cihazlarla ilgili gereken eğitimi idarenin resmi ikamet adresi içinde belirleyeceği bir serviste ve ayrıca sistemler üzerinde uygulamalı bir şekilde ücretsiz olarak verir.
13. Firma; sistemi ayrıntılı bir şekilde inceleyerek, varsa bunlarda yapılması zorunlu değişiklikleri tekliflerinde dikkate alır ve buna göre teklif verirler. Firma, cihazlara ait uygun durum ve değerlendirme yaparak cihazların aktif çalışmasını sağlamakla yükümlüdür. Teklif vermekle bu durumu Kabul etmiş olur.
14. Firma; herhangi bir mahalde çalışırken, digger biğr birime zarar ve ziyan verememek için gerekli her türlü önlemi almak zorundadır. Verdiği takdirde diğer cihazın arızalarını gidermelidir.
15. Yüklenici firma; sözleşmeyi imzalanmasına müteakip ayrıntılı ve açıklamalı periyodik bakım

T.C. DOĞUBAYAZIT  
Ağız ve Diş Sağlığı Merk.  
FİRMA KAKAN  
Tasınır Kayıt Yetkilisi

Dicle UÇAR  
Satın Alma Personeli

DOĞUBAYAZIT Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi  
Yazışma ve İş Sağ.  
Zarif ALI  
Tasınır Kayıt Yetkilisi

onarım iş programını, periyodik bakım-onarım ve arıza control föylerini ve gerekli olan tüm defterlerini idareye verir. Ayrıca iş bu teknik şartnameye ve diğer yasal talimatlara uygun olarak bir bakım talimatnamesi hazırlar ve herhangi bir arıza durumunda acil ilk müdahale talimatı da hazırlayıp idarenin sorumlu görevlisine verir.

16. Yüklenici İdare tarafından arızaların, sorunların ve isteklerin bildirilebilmesi amacıyla bir çağrı merkezi numarası bulundurur. Çağrı merkezinin adres, telefon, fax, e-posta, mobil telefon bilgileri idareye bildirir.

17. Yüklenici bakım ve arızalara müdahale sırasında aşınmış, yıpranmış veya arızalanmış olan parçaları idareye bildirmek zorundadır. Değişmesi gereken parçanın idarenin onayı alındıktan sonra yerinden sökülmesi, yerine takılması, çalışır halde teslimi firma tarafından ücretsiz yapılır ve parçaların idareye fatura edilmesi çalıştırıldıktan sonra yapılır.

18. Periyodik bakım ve onarım, parça değişimi, arızanın giderilmesi, vs. sırasında veya sonrasında, sistemde veya sistemi meydana getiren ana ya da yardımcı parçalardaki ve akşamlardaki her türlü iş ve işlemler (söküm, takım, dış açma, malzemenin mahallinden başka bir yere götürülmesi, geri getirilmesi, ve/veya göstereceği yere nakliyesi. v.s) yüklenici firmatarafından idareye bildirilerek yapılacaktır.

19. Montaj esnasında parçaların arızalanmasından yüklenici sorumludur.

### Gerekli Belgeleri

1 adet dezenfeksiyonlu vakum 3 motorlu

3 adet medikal hava kompresör

Firma faaliyet belgesi olmalıdır ve firmanın ana faaliyeti gaz tesisatı faaliyetleri ( hastanedeki oksijen gazı temini için kurulum işleri dahil) şeklinde olmalıdır.

Firma ünvanında açıkça medikal gaz sistemleri geçmelidir.

Bakım onarım yapacak kişi ilgili kurumlardan medikal gazlar eğitim sertifikasına sahip olmalıdır.

T.C. DOĞUBAYAZI  
Ağız ve Diş Sağlığı Me  
FİRAT ÇAKAN  
Tasınır Kurum Müdürü

Dicle UÇAR  
Satın Alma Personeli

Yeni Sağlık Müdürlüğü  
Ağız ve Diş Sağlığı  
İzmir ALI İNİTAY GÖK  
Tasınır Kurum Müdürü