

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

05.06.2024

Sayı: 177

Konu: VENTİLATÖR BAKIM KİTİ

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 12.06.2024 saat: 11:00 'a kadar patnosdh@hotmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Sakir KAYA
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	VENTİLATÖR BAKIM KİTİ			2	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallerinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

SERVO-I VE SERVO -S BAKIM KİTİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1- Bakım kiti Servo-I ve Servo -S cihazlarına uygun ve orijinal olmalıdır.
- 2- Bakım kiti içinde hava ve oksijen gaz modulüne uygun 2 adet partikül filtresi bulunmalıdır.
- 3- Bakım Kiti içinde gaz modulleri için 2 adet gaz modül valfi (nozzle) bulunmalıdır.
- 4- İspirasyon basınç sensörüne korumak amacı ile kit içerisinde 1 adet bakteri filtresi bulunmalıdır.
- 5- Teklifte birlikte yetki belgesi ve ubb kaydı sunulmalıdır.

M. Kemal Karas
Yoğun Bakım Ünitesi
Birim Sorumlusu

(Handwritten signature)

Servis raporu:

Sipariş numarası: 44745758
İşlem: 0010

Nesne adresi	Sipariş bilgisi
Müşteri adı: Sokak: Posta Kodu: Müşteri numarası: Şehir:	Sipariş numarası: 44745758 Servis sipariş açıklama: PATNOS DEVLET HASTANESI BAKIM Sipariş Türü: ZSM Service Maintenance Müşteri sipariş numarası:

Kaydedilen zaman onayları				
Aksiyon Tipi	Başlama günü ve saati	Bitiş Günü ve saati	Çalışma süresi	Mühendis
Seyahat saatleri	05.03.2024 07:30:00	05.03.2024 10:30:00	3 H	

Servis raporu:

Sipariş numarası: 44745758

İşlem: 0020

Nesne adresi	Materyal bilgisi
Müşteri adı: Sokak: Posta Kodu: Müşteri numarası: Şehir: İşlev konumu:	Model: Materyal numarası: Seri no: Üretim Tarihi: Varlık Numarası: Sözleşme numarası: 3183402974

Sipariş bilgisi	İrtibat bilgisi
Servis siparişi no.: 44745758 Servis sipariş açıklama: PATNOS DEVLET HASTANESİ BAKIM Sipariş Türü: ZSM Service Maintenance Müşteri sipariş numarası:	Müşteri irtibat:

Genel bilgi
Cihaz inspirasyon hattı temizlendi. Cihazın koruyucu bakım zamanının geçtiği tespit edildi. Cihaz üzerinde bulunan O2 cell in Getinge dışı ürün olduğu tespit edildi değişmesi gereklidir. Müdahale referans dökümanı: 50437-6628825_-07_-SERVO-s_Service_Manual Çalışma süresi: 31628 saat - En yakın koruyucu bakıma kalan süre: 0 saat O2 cell sn: AA291356 - ilk kullanım tarihi:17.11.2022 - kalan tahmini kapasite:%44 Ekspirasyon kaseti sn: 229823 - kalan membran ömrü %0 Bataryalar sn1:9427 sn:38736 - künye: 1009251804

Kullanılan malzeme / Personel					
Materyal numarası	Materyal tanımı	Mktr	Seri no	Batch	Servis personeli
Gereken Malzeme					
Materyal numarası	Materyal tanımı	Mktr	Seri no	Batch	Mühendis
6640044	O2 Cell for Servo-i *CSA*	1 EA			V017
6532621	Maintenance Kit 5000h	1 EA			V017
Kullanılan malzeme / M					
Materyal numarası	Materyal tanımı	Mktr	Seri no	Batch	Mühendis

Çalışma Detayları			
Başlama günü ve saati	Bitiş Günü ve saati	Çalışma süresi	Mühendis
05.03.2024 10:30:00	05.03.2024 11:30:00	1 H	
Toplam:		1 H	

Servis raporu:

Sipariş numarası: 44745758

İşlem: 0030


Nesne adresi	Materyal bilgisi
Müşteri adı: Sokak: Posta Kodu: Müşteri numarası: Şehir: İşlev konumu: 2004659 Patnos Devlet Hastanesi Ağrı	Model: Servo-s Base Unit Materyal numarası: 6640440 Seri no: 31056 Üretim Tarihi: 07/2014 Varlık Numarası: 100158763 Sözleşme numarası: 3183402974

Sipariş bilgisi	İrtibat bilgisi
Servis siparişi no.: 44745758 Servis sipariş açıklama: PATNOS DEVLET HASTANESİ BAKIM Sipariş Türü: ZSM Service Maintenance Müşteri sipariş numarası:	Müşteri irtibat:

Genel bilgi
Cihaz inspirasyon hattı temizlendi. Cihazın en yakın koruyucu bakım zamanının yaklaştığı tespit edildi. Cihaz üzerinde bulunan O2 cell in Getinge dışı ürün olduğu tespit edildi değişmesi gereklidir. Müdahale referans dökümanı: 50437-6628825_-_07_-_SERVO-s_Service_Manual Çalışma süresi: 32188 saat - En yakın koruyucu bakıma kalan süre: 317saat O2 cell sn: AA291356 - ilk kullanım tarihi:14.11.2022 - kalan tahmini kapasite:%45 Ekspirasyon kaseti sn: 229845 - kalan membran ömrü %0 Bataryalar sn1:60811 sn:46610 - künye: 1008492681

Kullanılan malzeme / Personel					
Materyal numarası	Materyal tanımı	Mktr	Seri no	Batch	Servis personeli
Gereken Malzeme					
Materyal numarası	Materyal tanımı	Mktr	Seri no	Batch	Mühendis
6532621	Maintenance Kit 5000h	1 EA			V017
6640044	O2 Cell for Servo-i *CSA*	1 EA			V017
Kullanılan malzeme / M					
Materyal numarası	Materyal tanımı	Mktr	Seri no	Batch	Mühendis

Çalışma Detayları			
Başlama günü ve saati	Bitiş Günü ve saati	Çalışma süresi	Mühendis
05.03.2024 11:30:00	05.03.2024 12:30:00	1 H	
Toplam:		1 H	




Emre Kaya

Teknisyen imzası

Tarih: 05.03.2024

Email:
emre.kaya@getinge.com



Fatmanur ALLAHVERDİ

Müşterinin imzası

Tarih: 05.03.2024

Email:
patnosdhibiyomadikal@gmail.com