

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

05.06.2024

Sayı: 175

Konu: VENTİLATÖR OKSİJEN SENSÖRÜ

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 12.06.2024 saat: 11:00 'a kadar patnosdh@hotmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Şakir KAYA
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	VENTİLATÖR SENSÖRÜ			2	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza


Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Servo-s model Ventilatör Cihazlarına uyumlu
Oksijen Sensörü Teknik Özellikleri

1. Oksijen sensörü, Maquet marka Servo-s model ventilatör cihazının tüm versiyonlarına uyumlu ve orijinal olmalıdır olmalıdır.
2. Oksijen sensörü, 21-100 arasında ölçüm yapabilmelidir.
3. Oksijen sensörü, seri numarası ve cihaza takılarak yapılan ilk kalibrasyon tarihi bilgilerini hafızasında tutabilmeli ve cihazla bu bilgileri paylaşabilecek yapıda olmalıdır.
4. Oksijen sensörünün yanında bir adet kauçuk contası ve bir adet bakteri filtresi olmalıdır.
5. Oksijen sensörünün üzerinde 6 pinli bağlantı soketi olmalıdır.
6. Teklifte birlikte yetki belgesi ve ubb kaydı sunulmalıdır.

Yoğun Bakım Ünitesi
Birim Sorumlusu



Servis raporu:
Sipariş numarası: 44745758
İşlem: 0010

Nesne adresi	Sipariş bilgisi
Müşteri adı: Sokak: Posta Kodu: Müşteri numarası: Şehir:	Sipariş numarası: 44745758 Servis sipariş açıklama: PATNOS DEVLET HASTANESI BAKIM Sipariş Türü: ZSM Service Maintenance Müşteri sipariş numarası:

Kaydedilen zaman onayları				
Aksiyon Tipi	Başlama günü ve saati	Bitiş Günü ve saati	Çalışma süresi	Mühendis
Seyahat saatleri	05.03.2024 07:30:00	05.03.2024 10:30:00	3 H	

Servis raporu:

Sipariş numarası: 44745758

İşlem: 0020

Nesne adresi	Materyal bilgisi
Müşteri adı: Sokak: Posta Kodu: Müşteri numarası: Şehir: İşlev konumu:	Model: Materyal numarası: Seri no: Üretim Tarihi: Varlık Numarası: Sözleşme numarası: 3183402974

Sipariş bilgisi	İrtibat bilgisi
Servis siparişi no.: 44745758 Servis sipariş açıklama: PATNOS DEVLET HASTANESI BAKIM Sipariş Türü: ZSM Service Maintenance Müşteri sipariş numarası:	Müşteri irtibat:

Genel bilgi
Cihaz inspirasyon hattı temizlendi. Cihazın koruyucu bakım zamanının geçtiği tespit edildi. Cihaz üzerinde bulunan O2 cell in Getinge dışı ürün olduğu tespit edildi değişmesi gereklidir. Müdahale referans dökümanı: 50437-6628825_-_07_-_SERVO-s_Service_Manual Çalışma süresi: 31628 saat - En yakın koruyucu bakıma kalan süre: 0 saat O2 cell sn: AA291356 - ilk kullanım tarihi:17.11.2022 - kalan tahmini kapasite:%44 Ekspirasyon kaseti sn: 229823 - kalan membran ömrü %0 Bataryalar sn1:9427 sn:38736 - künye: 1009251804

Kullanılan malzeme / Personel					
Materyal numarası	Materyal tanımı	Mktr	Seri no	Batch	Servis personeli
Gereken Malzeme					
Materyal numarası	Materyal tanımı	Mktr	Seri no	Batch	Mühendis
6640044	O2 Cell for Servo-i *CSA*	1 EA			V017
6532621	Maintenance Kit 5000h	1 EA			V017
Kullanılan malzeme / M					
Materyal numarası	Materyal tanımı	Mktr	Seri no	Batch	Mühendis

Çalışma Detayları			
Başlama günü ve saati	Bitiş Günü ve saati	Çalışma süresi	Mühendis
05.03.2024 10:30:00	05.03.2024 11:30:00	1 H	
Toplam:		1 H	

Servis raporu:

Sipariş numarası: 44745758

İşlem: 0030


Nesne adresi		Materyal bilgisi	
Müşteri adı:		Model:	Servo-s Base Unit
Sokak:		Materyal numarası:	6640440
Posta Kodu:		Seri no:	31056
Müşteri numarası:		Üretim Tarihi:	07/2014
Şehir:		Varlık Numarası:	100158763
İşlev konumu:	2004659 Patnos Devlet Hastanesi Ağrı	Sözleşme numarası:	3183402974

Sipariş bilgisi		İrtibat bilgisi	
Servis siparişi no.:	44745758	Müşteri irtibat:	
Servis sipariş açıklama:	PATNOS DEVLET HASTANESİ BAKIM		
Sipariş Türü:	ZSM Service Maintenance		
Müşteri sipariş numarası:			

Genel bilgi	
Cihaz inspirasyon hattı temizlendi. Cihazın en yakın koruyucu bakım zamanının yaklaştığı tespit edildi. Cihaz üzerinde bulunan O2 cell in Getinge dışı ürün olduğu tespit edildi değişmesi gereklidir.	
Müdahale referans dökümanı: 50437-6628825_-_07_-_SERVO-s_Service_Manual	
Çalışma süresi: 32188 saat - En yakın koruyucu bakıma kalan süre: 317saat	
O2 cell sn: AA291356 - ilk kullanım tarihi:14.11.2022 - kalan tahmini kapasite:%45	
Ekspirasyon kaseti sn: 229845 - kalan membran ömrü %0	
Bataryalar sn1:60811 sn:46610 - künye: 1008492681	

Kullanılan malzeme / Personel					
Materyal numarası	Materyal tanımı	Mktr	Seri no	Batch	Servis personeli
Gereken Malzeme					
Materyal numarası	Materyal tanımı	Mktr	Seri no	Batch	Mühendis
6532621	Maintenance Kit 5000h	1 EA			V017
6640044	O2 Cell for Servo-i *CSA*	1 EA			V017
Kullanılan malzeme / M					
Materyal numarası	Materyal tanımı	Mktr	Seri no	Batch	Mühendis

Çalışma Detayları			
Başlama günü ve saati	Bitiş Günü ve saati	Çalışma süresi	Mühendis
05.03.2024 11:30:00	05.03.2024 12:30:00	1 H	
Toplam:		1 H	




Emre Kaya

Teknisyen imzası

Tarih: 05.03.2024

Email:
emre.kaya@getinge.com



Fatmanur ALLAHVERDI

Müşterinin imzası

Tarih: 05.03.2024

Email:
patnosdhiyomadikal@gmail.com