

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

05.06.2024

Sayı: 174

Konu: MEDİKAL GAZ SİSTEMLERİ YEDEK PARÇA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 12.06.2024 saat: 11:00 'a kadar patnosdh@hotmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Şakir KAYA
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	GAZ PRİZİ MONTAJ SACI			70	Adet		
2	PNÖMATİK VANA			50	Adet		
3	HORTUM BAKIR REKORU			30	Adet		
4	PNOMATİK DİRSEK			50	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

GAZ PRİZİ MONTAJ SACI ŞARTNAMESİ

- 1.Et kalınlığı 1 mm sac dan imal edilmiş olmalıdır.
- 2.Gaz prizlerine uyumlu olmalıdır.
3. CNC tezgahında üretilmiş olmalıdır.
- 4.2 yıl garantili olmalıdır.
- 5.Yüklenici firmanın ISO-TSE HYB belgesi olmalıdır.

PNOMATİK VANA ŞARTNAMESİ

- 1.CE veya ISO belgesi olmalıdır.
- 2.Oksijen gazına uyumlu olmalıdır.
3. Gazlarda kullanılabilir olmalı ve kaçak yapmamalıdır.
4. 2 yıl garantili olmalıdır. 1.sınıf kalite olmalıdır.
- 5.Yüklenici firmanın ISO-TSE HYB belgesi olmalıdır.

(HORTUM BAKIR REKORU) NOZÜL ŞARTNAMESİ

- 1.Ürün gerekli hassasiyetle yapılacak olup mükemmel derecede hortuma uyum sağlamalıdır.
- 2.Gaz prizleri için özel üretilmiş olmalıdır.
3. 2 yıl garantili olmalıdır.
- 4.Sarı prizniç malzemedden üretilmiş olmalıdır
- 5.Yüklenici firmanın ISO-TSE HYB belgesi olmalıdır.

1/8 x 8 mm PNOMATİK DİRSEK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Pnomatik rekor CE veya ISO belgesi olmalıdır.
- 2.Gaz prizi için kullanılabilir olmalıdır.
3. 1.sınıf kaliteli olmalıdır.
4. 2 yıl garantili olmalıdır.
- 5.Yüklenici firmanın ISO-TSE HYB belgesi olmalıdır.

Fatmanur ALLAHVERDİ
Biyomedikal Teknikeri

Can Deniz Akın
Tilce
2021