

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

05.06.2024

Sayı: 169

Konu: MİNDRAY MONİTÖR KNOP TUŞU

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 12.06.2024 saat: 11:00 'a kadar patnosdh@hotmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Şakir KAYA
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	MİNDRAY MONİTÖR KNOP + KNOP TUŞU - BUTONU			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

MİNDRAY MARKA T5 MODEL HBM KNOB VE KNOB TUŞU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Knob Ve Knob Tuşu Mindray Marka T5 Model Cihaza Uyumlu Olmalıdır,
- 2- Knob Ve Knob Tuşu Mindray Marka T5 Model Cihazın Orijinal Parçası Olmalıdır.
- 3- Knob Ve Knob Tuşu Cihaza Uygun Bağlanma Mekanizmasına Sahip Olmalıdır.
- 4- Teklif Veren Firma Kullanılacak Malzemenin Teknik Servis Ve Satış Konusunda Türkiye Geneline Veya İlgili Bölgelerdeki Devlet Hastanelerinde Doğrudan Hizmet Vermeye Yetkili Olmalıdır.
- 5- Satıcı Firmanın Veya Temsilci Firmanın ISO 9001:2000, Ve ISO 13485:2003 Belgesi Olmalıdır.

Sarmal
Seval
B

240297

OKUMAN

Medikal Sistemler A.Ş.

TEKNİK SERVİS

Kazım Karabekir Caddesi No: 95/95
06060 İskitler - Ankara - Türkiye

Tel : +90 (312) 219 77 72

Fax : +90 (312) 384 19 75

e-mail: info@okuman.com.tr

web : www.okuman.com.tr

TEKNİK SERVİS RAPORU

Rapor No.: 19-001501

Rev.: 02

Hastane Adı : Patnos Devlet Hastanesi

Cihazın Adı : Kardiyak ~~Arayıcı~~ HSDMModel : ~~TS-78~~ TS - 78Seri No. : ~~P27514~~

Servis Türü

Sözleşmeli Garantili Ücretli Kurulum FMI Diğer

Servis Başlangıç Tarihi

14.05.2014

Servis Bitiş Tarihi

14.05.2014

Çalışma Saati

KULLANILAN CİHAZLAR

MODEL	SERİ NO.	CAL DATE	MODEL	SERİ NO.	CAL DATE
1-			1-		VT 900
2-			2-		
3-			3-		

SERVİSTE KULLANILAN MALZEMELER

DEĞİTİRİLMESİ GEREKEN YEDEK PARÇALAR

PARÇA KODU SW:	AD.	AÇIKLAMA	PARÇA KODU	AD.	AÇIKLAMA
1- CM-08113371	-	100848 7421	1- → knob + knob + sw		1 adet
2- CF-2B1142107	-	1008760184	2-		
3-	-	1007795175	3-		
4- CF-2B1139317	-	1007795290	4-		
5- CF-2B1145417	-	100848 7420	5-		
6- CM-08113388	-	1007795185	6-		
7- CF-2B1140237	-	1007795289	7- → T8 Batarya	1 adet	
8- CF-2B1140237	-		8- → T8 Batarya	1 adet	
9- CF-2B1140237	-		9-		
10-			10-		

Detaylı test ve kalibrasyonlar TRM içeriğine göre yapılmıştır.

Arıza Detayı : teşhis için bakım kontrol.Teşhis ve Düzeltici Faaliyet / Uygulanan Testler: Bilgi için bakım kontrolü yapıldı.


bilgi için bakım kontrolü yapıldı. CM-08113371 sw, TS marka knob ve knob + sw aksesuarları ayrıca CF-2B1140237 ile CF-2B1146237 sw, cihazın bataryaları bakım için parçaların değiştirilmesi gerekmektedir.

SONUÇ : Cihazın sağ ve sol tarafında testler edildi.

SERVİS PERSONELİ

İSİM : Yusufhan CERİ

İMZA:



HASTANE PERSONELİ

İSİM : Fatmanur ALIHAVERDİ

GÖREV : Biyomedikal tek.

İMZA: 

Servis hizmet süresi max. 30 iş günüdür. 90 takvim gününde alınmayan cihazlardan servisimiz sorumlu değildir.