

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

07.06.2024

Sayı: 366

Konu: İNFÜZYON POMPA SETİ ÇİFT YOLLU ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 11.06.2024 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	İNFÜZYON POMPA SETİ ÇİFT YOLLU İŞIKTAN KORUNMALI			3000	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarflı veya mülkiyet kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluk durumunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C. Sağlık ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul koşullarına göre Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödeme yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası belirtilmelidir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yeddi) gün içerisinde, Edinin kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkan olumsuzlukların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmanın yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

ÇİFTLİ İNFÜZYON POMPA SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (IŞIKTAN KORUMALI)

- 1-Seruma giren kısım keskin ve girenken kırılmayacak kadar dayanıklı olmalıdır.
- 2-Haca girişinde bakteri filtresi bulunmalıdır ve isteğe bağlı kullanım için filtre üzerinde kapak olmalıdır.
- 3-Alt (kaset ve hasta gicişi arası) yolda bir Y girişi olmalıdır.
- 4-Pompa seti hava tutulmasını sağlamalı ve voltümetrik sıvı akışını sağlamak üzere kaset mekanizmasına sahip olmalıdır.
- 5-Kaset sıvı sızdırmaz özellikte olmalıdır.
- 6-Set pompasız kullanıma da uygun olmalıdır.
- 7-Sette akış düzenleyicisine ek olarak klemp bulunmalıdır.
- 8-Uç kısım kateter ağzlarına ve İV iğne girişlerine uyumlu olmalıdır.
- 9-Set steril non-projençik ve tek parça olmalıdır.
- 10-Kaset çift kanaldan iki farklı sıvıyı alıp bunların infüzyon pompasındaki bilgilere göre farklı hızlarda ve dozlarda aynı kanaldan dağıtılabilme özelliğine sahip olmalıdır.
- 11-Set pompadan çıkarıldığında otomatik olarak kilitlenmeli ve serbest akışa geçmemelidir.
- 12-Setin ikinci sıvı giriş yeri standart hastane seti ve enjektörlere uyumlu olmalıdır.
- 13-Hassas ilaçların infüzyonuna önem gösteren; set distal, probsimal, kaset dolum hacimleri yüklenici firma tarafından bilgi olarak verilmelidir.
- 14-Set ışıktan koruma gerekmesi gereken ilaçları infüzyonuna uygun koyu renkli, olmalıdır.
- 15-TSE veya İSO.CE kalite belgeleri bulunmalıdır.
- 16-Numune denendikten sonra uygunluk verilecektir.
- 17-Arızalı cihazlar yetmişiki saat içinde değiştirilecektir.
- 18-ikiyüz set karşılığı hastanemize bir cihaz verilecektir.
- 19-Cihazın kalibrasyonları ve bakımları yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
- 20-Setler bitene kadar cihazları yüklenici firma hastanemize temin edecektir.

Agri Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Tıbbi Sekreter
ENVER KALAYCI