

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

11.06.2024

Sayı: 870

Konu: ECZANE İÇİN SICAKLIK NEM ÖLÇÜM CİHAZI ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 14.06.2024 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Ceydet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SICAKLIK ÖLÇÜM CİHAZLARI, DİJİTAL, ORTAM SICAKLIK VE NEM KAYDEDİCİ / TERMOHİGROMETRE			2	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

SICAKLIK VE NEM ÖLÇER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. LCD Ekran olmalıdır.
2. 10dk, 30dk ve 60dk veri ölçme aralığı olmalıdır.
3. Ortam ve dolap sıcaklığı aynı anda ölçebilmelidir.
4. Mobil işletim sistemleri ile uyumlu olmalıdır. Android ve IOS işletim sistemleri ile uyumlu ücretsiz mobil app ile her yerden verilere erişebilmeli ve limit dışı değerleri anlık olarak bildirebilmelidir.
5. İki yıl garanti ve kalibrasyon olmalıdır.
6. Anlık veri alabilmelidir.
7. Sesli Uyarı Sistemi olmalıdır.
8. Cihazınızın kaydettiği veriler beş yıl boyunca ücretsiz bir şekilde sunucularda saklanabilmeli, Bu verilere istenildiği erişebilir ve çıktı alınabilmelidir.
9. Wifi modülü sayesinde verileriniz hızlı bir şekilde sisteme aktarılmalıdır.
10. Veriler günlük, haftalık ve aylık olarak raporlayabilirsiniz. Verilerinizi kendi sisteminize kaydedebilmelidir.


Firat DURAK
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal sorumlusu


AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Serdar ÇETİN
Biyomedikal Cihaz Teknikeri