

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

24.06.2024

Sayı: 373

Konu: HEMODİYALİZ CİHAZI DEZENFEKSİYON KARTUŞU SODYUM KARBONAT TOZ

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 27.06.2024 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HEMODİYALİZ CİHAZI DEZENFEKSİYON KARTUŞU SODYUM KARBONAT TOZ			165	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

• Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

HEMODİYALİZ CİHAZI DEZENFEKSİYON KARTUŞU SODYUM KARBONAT TOZ, CLEANCART-A

- 1-İçinde kullanıma hazır kartuş içinde 13gr sodyum karbonat olmalıdır.
- 2- Kartuşun dış yapısı polypropylene olmalıdır.
- 3-PH-11 seyreltilmiş eriyik halinde olmalıdır.
- 4-Kartuş şeklinde olmalı ve Gambro marka AK98, AK96 VE AK 95S model hemodiyaliz cihazlarına uymalı, orijinal olmalı ve sorunsuz bir şekilde çalışmalıdır.
- 5- 93/42/EEC EK II Bölüm 3.2 Tebliğine uygun olduğu kanıtlanmalıdır.
- 6-Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin 3. Maddesinin o bendinde belirtilen hemodiyaliz cihazında kullanılmak amacıyla alınacaktır.
- 7- Ürün Faturalandırılırken İhaleye çıkılan ürün ismi ile faturadaki ürün ismi aynı olmalıdır.
- 8- Teklif edilen ürünler cihaz üreticisi tarafından valide edilmiş ve ilgili cihazın kullanım kılavuzuna uygun olmalıdır. Teklif edilen ürünlerin valide edilmiş olduğu ve cihaz üreticisi tarafından kullanımının onaylandığı yazılı olarak beyan edilmeli ve kanıtlanmalıdır.
- 9- Numuneye onay verildikten sonra sipariş çekilecektir.

Menzile ÖZCAN
H. Diyaliz Sorumlusu
D. Serifikasyon No: 6738
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Dr. Cafer AKDEMİR
H. Diyaliz Sorumlusu
D. Serifikasyon No: 3049
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Elif Esma UĞUZ UYGUN
Biyomedikal Mühendisi

Betül SARSIK
Biyomedikal Yüksek Mühendisi