

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

24.06.2024

Sayı: 183

Konu: KADIN DOĞUM SERVİSİ KANÜL TALEBİ

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 28.06.2024 saat: 11:00 'a kadar patnosdh@hotmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Şakir KAYA
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KARMEN KANÜL 4MM			500	Adet		
2	KARMEN KANÜL No:5			500	Adet		
3	KARMEN KANÜL No:6			500	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

KARMEN KANÜL TEKNİK ŞARTNAMESİ (NO:5)

- 1.Kanüller steril olacak.
- 2.Kanüllerin üzerinde 1 defa kullanılması gerektiğine dair Türkçe uyarı yazısı olacaktır.
- 3.Kanül boyları 225 mm \pm 2mm olacaktır.
- 4.Her kanülde maksimum aspirasyon etkinliğini sağlamak için karşılıklı 2 açıklık olacaktır.
- 5.Kanül ambalajlarının arkasında üretim tarihi,son kullanım tarihi,barkod numarası ve kanül numarası yazılı olacaktır.
- 6.Kanülün üzerinde 5 numara yazısı olacak ve renk yeşil olacaktır.

HAZIRLAYAN

KADIN DOĞUM SERVİSİ SORUMLUSU

İPEK ÖZTÜRK




KARMEN KANÜL TEKNİK ŞARTNAMESİ (NO:4)

- 1.Kanüller steril olacak.
- 2.Kanüllerin üzerinde 1 defa kullanılması gerektiğine dair Türkçe uyarı yazısı olacaktır.
- 3.Kanül boyları 225 mm \pm 2mm olacaktır.
- 4.Her kanülde maksimum aspirasyon etkinliğini sağlamak için karşılıklı 2 açıklık olacaktır.
- 5.Kanül ambalajlarının arkasında üretim tarihi,son kullanım tarihi,barkod numarası ve kanül numarası yazılı olacaktır.
- 6.Kanülün üzerinde 4 numara yazısı olacak ve renk sarı olacaktır.

HAZIRLAYAN

KADIN DOĞUM SERVİSİ SORUMLUSU

İPEK ÖZTÜRK



KARMEN KANÜL TEKNİK ŞARTNAMESİ (NO:6)

- 1.Kanüller steril olacak.
- 2.Kanüllerin üzerinde 1 defa kullanılması gerektiğine dair Türkçe uyarı yazısı olacaktır.
- 3.Kanül boyları 225 mm \pm 2mm olacaktır.
- 4.Her kanülde maksimum aspirasyon etkinliğini sağlamak için karşılıklı 2 açıklık olacaktır.
- 5.Kanül ambalajlarının arkasında üretim tarihi,son kullanım tarihi,barkod numarası ve kanül numarası yazılı olacaktır.
- 6.Kanülün üzerinde 6 numara yazısı olacak ve renk mavi olacaktır.

HAZIRLAYAN

KADIN DOĞUM SERVİSİ SORUMLUSU

İPEK ÖZTÜRK

