

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü
Taşlıçay Devlet Hastanesi

SAYI : 2024/54
KONU : Asansör Bakım Onarım

25.06.2024

Teklif Davet

Sağlık Tesisimizde kullanmak üzere İhtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Teknik Şartnamede Özellikleri belirtilen Malalımı işi4734 sayılı kamu ihale kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; Söz Konusu işin KDV hariç birim ve Toplam fiyatının 28.06.2024 tarih saat 10:00'a kadar tdhsatinalma@gmail.com mail adresine, posta yolu ile ve ya elden belirtilen adreslerden birine göndermenizi rica ederim.


Ebubekir GÜLMEZ
İdari ve Mali İşler Müdürü

S.NO	ALINACAK MAL/HİZMETİN ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	Asansör Fotosel Takımı Alımı	Adet	1		
				Toplam	

İdarenizce doğrudan temin usulü ile 28.06.2024 tarihi saat 10:00 de alımı yapılacak olan Mal ve Hizmet Alımı işine ait dokümanı oluşturan bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Doğrudan temin usulü ile yapılacak alıma ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

- 1- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak, teklif fiyata dahil olması öngörülen bütün masraflar teklifimize dahildir.
- 2- Teklifimiz aşağıda belirtilen tarihten geçerlidir.
- 3- 4734 Sayılı Kanununun 22/d maddesi gereğince, alıma konu iş için kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.
- 4- Aldığımız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığımızı kabul ediyoruz.
- 5- Alıma konu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.
- 6- Alımımız Kısmi Teklife açık değildir.

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı
Kaşe ve İmza ⁽²⁾

ASANSÖR FOTOSEL TAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Alımı yapılacak ürün aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır. Ürün için verilecek tekliflerin montaj hariç sadece ürün için verilmesi gerekiyor.

Ürün cevaplama hızı 65ms röle çıkışı 41ms transistör çıkış olmalı

Üründe 36 adet infrared diyot olmalı

Ürün ışın taraması 106-174 ışın olmalı.

Ürün algılama yüksekliği 20-1678 mm olmalı

Ürün infrared diyot mesafesi 47.5 mm olmalı.

Ürün IP 54 koruma sınıfında olmalıdır.

Besleme gerilimi 220 v olmalı,TSE veya CE belgelerinden birine sahip olmalıdır.

Satın alınacak ürün 2 yıl garanti süresine sahip olmalıdır.

Ebuhekr GÜLMELİ
Taşlıca İlçe Devlet Hastanesi
Kalite Müdürlüğü

Emrullah KAYA
Teknik Destek
Personeli