

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

25.06.2024

Sayı: 375

Konu: AMELİYATHANE:Uterus Maniplatörü

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 01.07.2024 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	UTERUS MANİPÜLATÖRÜ STANDART			5	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

SMT4041 UTERUS MANİPÜLATÖRÜ

SMT Temel İşlevi:	1. Uterusu manipüle etmek için ergonomik yapıda dizayn edilmiş medikal malzemeden üretilmiş olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Ürünün uterus manipilatörü, eklemlendirilmiş uterus manipilatörü, çeşitlerinden herhangi biri olmalıdır. 3. Uterus manipilatörü, eklemlendirilmiş uterus manipilatörün küçük, orta, büyük, ekstra büyük çeşitlerinden herhangi biri olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	4. Ürünün tamamı tek kullanımlık olmalıdır. 5. Uterus manipilatörü ve eklemlendirilmiş uterus manipilatörün tüm uzunluğu tutaç dahil olmak üzere en az 45(±5) cm olmalıdır. 6. Ucunda uterusu zarar vermeyen sabitleyici balonu olmalıdır. 7. Balonu şişirmek ve balon içindeki havayı geri alabilmek için valfli aparatı olmalıdır. 8. Uterus manipilatörü ve eklemlendirilmiş uterus manipilatörün üzerinde uterus, cervix ve vajina derinliklerini belirleyen aparatlar olmalıdır. 9. Uterus manipilatörü ve eklemlendirilmiş uterus manipilatöründe balonu şişirmek için 7-12 cc hava verilebilmelidir. 10. Uterus manipilatörü ve eklemlendirilmiş uterus manipilatörünün arka kısmında metilen mavisi verilebilecek port olmalıdır. 11. Sabitleyicinin uç kısmında serviks durdurucu olmalıdır. 12. Arka kısmında uterusu istenilen pozisyonda tutabilmek için ergonomik tutacı olmalıdır.
Genel Hükümler:	13. Steril tekli pakette olmalıdır.