



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi



Sayı : E-68917221-949-246990261
Konu : Teklife Davet

26.06.2024

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **150 ADET HEMODİYALİZ DEZENFEKSİYON KARTUŞU SİTRİK ASİT TOZ ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **04.07.2024** tarih ve saat 10:00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

S.N.	MALZEME/İŞ ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	HEMODİYALİZ CİHAZI DEZENFEKSİYON KARTUŞU SİTRİK ASİT TOZ	150	ADET		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

**Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe**

OLUR
Uzm. Dr. Demet ÖKKE
Başhekim

NOTLAR

- 1) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
- 2) Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
- 3) Teklif edilen malzemenin TİTUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün UBB barkod numarası olması gerekmektedir.
- 4) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 5) Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
- 6) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 7) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 8) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9) Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.
- 10) Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- 11) Alım kısmi teklife kapalıdır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞR Telefon:0472 312 60 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: DF1A8BA8-F09A-41B4-82CD-152A48FDE29D
Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik>
Bilgi için: Binyamin DOĞAN
Tıbbi Sekreter
Telefon No: 04723126047 - 215



Clean Cart- C Toz Kartuş

- İçinde kullanıma hazır kartuş içinde 32 gr Sitrik asit olmalıdır.
- Kartuşların dış yapısı polypropylene olmalıdır.
- PH 2 Seyreltilmiş eriyik halinde olmalıdır.
- **Kartuşların giriş ve çıkış bölümlerinde sitrik asit kaçağına karşı filtre bulunmalıdır.**
- Kartuş şeklinde olmalı ve Gambro markahemodiyaliz cihazlarına tam uyumlu olmalı orijinal ve sorunsuz bir şekilde çalışmalıdır.
- Kartuşların raf ömrü en az iki yıl olmalıdır.
- 93/42/EEC EK II Bölüm 3.2 Tebliğine uygun olduğu kanıtlanmalıdır.
- Ürünlerin UTS Kaydı olmalı ve beyan edilmelidir, teklif aşamasında.
- Alım öncesi veya teklif değerlendirme aşamasında 10 adet numune verilerek ürün için uygunluk alınmalıdır.
- Cihaz dezenfeksiyon esnasında gerekli sıcaklık değerine ulaştığında ürün tamamen çözünmeli, tortulaşma yapmamalıdır. Tortulaşma nedeniyle cihaz sıvı hatlarında tıkanma olması durumunda cihazda oluşacak maddi hasar teklif veren firma tarafından karşılanacaktır.
- **Teklif edilecek Kartuşlar Hemodiyaliz Cihazlarının tutucularında kullanıldıklarında hiç bir şekilde sıvı kaçağı oluşmamalıdır. Sıvı kaçağı durumlarında cihazlarda ciddi hasara yol açma ihtimaline karşı teklif verecek firma oluşacak hasarları karşılayacağını kabul ve taahhüt edecektir. Bununla ilgili yazı teklif dosyasına konmalıdır.**

Plas SENTURK
Zekerya BASARGAN

Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz
Devlet Hastanesi
Zekerya BASARGAN
Biyomedikal Teminleri

DOÇ.DR.YAŞAR ERYILMAZ
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Erda GERENÇİ
Biyomedikal Taşınır Kayıt yetkilisi