

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

27.06.2024

Sayı: 386

Konu: Kardiyoloji Servisi: Greft Stent Alımı

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 03.07.2024 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KORONER STENT BALONA MONTE EDİLMİŞ GREFT STENT (KR1152)			5	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallerinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

KR1152 - KORONER GREFT STENT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Greft stent, safen ven greft darlıkları, koroner perforasyon, rüptür, anevrizma ve fistül tedavisi için uygun, balon "expandable" yapıda olmalıdır.
2. Polytetrafluoroethylene (PTFE) veya perikardium malzemedan imal edilmiş greft, bir koroner stent üzerine yerleştirilmiş olmalıdır.
3. Greft stentin duvar kalınlığı en fazla 0,35 mm olmalıdır.
4. Greft stent uzunluğu, 10-25 mm. arasında değişik ölçülerde olabilmelidir.
5. Greft stent çapı, 2.5-4.5 mm. arasında değişik ölçülerde olabilmelidir.
6. Greft stent, kıvrımlı damarlarda rahatça kullanılacak şekilde, fleksibl (esnek) olmalıdır.
7. Greft stent, yüksek radyal dayanıma (kuvvete) sahip olmalıdır.
8. Greft stent, 0.014 inç çaplı guide wire ile uygulanabilmelidir.
9. Greft stent, 6F guiding katater ile kullanılabilir.
10. Greft stent, balon kateteri üzerine yüklenmiş olmalıdır.
11. Greft stent ve balon merkezleri çıkışacak şekilde, stent balonun tam üstünde olmalıdır.
12. Greft stentin yüklendiği balonun "Rated Burst Basıncı" 15 atm. den, "Average Burst Basıncı" 5 atm. den az olmamalıdır.
13. İyi bir geçiş profiline sahip olmalıdır.
14. Greft stentin yüklendiği balonda, radyopak marker/markerler olmalıdır.
15. Malzeme TİTUBB belgesine haiz olmalıdır.
16. Sistem için örnek numune verilmelidir.
17. Sterilizasyon tarihi sistem üzerinde yer almalıdır. Teslim edilen malzeme teslimat tarihi itibariyle en az iki yıl miadlı olmalıdır.
18. Firma, kullanım durumuna göre, miadlarının dolmasına 6 aydan daha fazla süre kalan değişik ölçülerdeki stentleri, istenilen ölçülerdeki başka stentlerle değiştirmeyi taahhüt etmelidir

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Uzm. Dr. M. Ruhat KÜSE
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 166679

Uz. Dr. Özgürhan TUĞRUL
Kardiyoloji Uzmanı
Dr. Öğr. Üyesi
Dip. Tes. No: 1665077120112
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi