

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

28.06.2024

Sayı: 188

Konu: ECZANE SERUM SETİ TALEBİ

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 03.07.2024 saat: 11:00 'a kadar patnosdh@hotmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Şakir KAYA
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SERUM SETİ 21G			20000	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satılmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

SMT3704 SERUM SETİ

SMT Temel İşlevi:	1. Non toksik tıbbi PVC'den üretilmiş olmalı ve açma kapama klembi ile istenen miktarda mayii verebilmek için tasarlanmış olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Serum seti küçük hazneli, büyük hazneli, ışıktan korumalı çeşitlerinden herhangi biri olmalıdır. 3. Serum setinin iğneli veya iğnesiz çeşitleri olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	4. Serumun haznesi küçük haznelilerde 7(\pm 2)cc, büyük haznelilerde ise 12(\pm 2)cc hacminde olmalıdır. 5. Hava girişli delme ucu bulunmalı ve delme ucu ISO standartlarına uygun olmalıdır. 6. Açma kapama klembi olmalıdır. 7. Açma kapama klembi parmakla kolayca kavranabilen veya makaranın istenen yöne hareketini kolaylaştırabilecek büyüklükte olmalıdır. 8. Serum haznesi yumuşak ve kolay dolabilir olmalıdır. 9. Enjeksiyon portu olmalıdır. 10. Hortum uzunluğu en az 150 (\pm 5)cm olmalı ve king yapmamalıdır. 11. Ucu luer veya ajutaj konnektörlü olmalıdır. 12. Hazne tabanında sabit 15 mikronluk mayi filtresi olmalıdır. 13. Setlerin iğneli olan çeşitlerinde iğne ucunda koruyucu kapak bulunmalıdır. 14. Setlerin iğnesiz olan çeşitlerinde set ucunda koruyucu kapak bulunmalıdır. 15. Delme ucu kısmında hava girişi bulunmalıdır. 16. Işıktan korumalı tiplerde herhangi bir şey sarmaya gerek duyulmadan kullanılabilir.
Genel Hükümler:	17. Ürünler steril olmalıdır ve sterilizeyi bozmadan açılacak şekilde tek tek paketlenmiş olmalıdır ve paketler 25 adetlik ambalajlarda ve bir kolide 500 adedi geçmeyecek şekilde sağlık tesislerine teslim edilmelidir.

Eğilgen Güntes
