



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi



Sayı : E-68917221-949-247275534
Konu : Teklife Davet

28.06.2024

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ HASTASI (GÜLER ERDOĞDU) AMELİYATI İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/ f maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **02.07.2024** tarih ve saat 10:00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	KEMİK ÇİMENTOSU STANDART 40 GR PMMA ANTİBİYOTİKLİ	ADET	2		
GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Uzm. Dr. Demet ÖKKE
Başhekim

NOTLAR

- 1) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
- 2) Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
- 3) Teklif edilen malzemenin TITUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün UBB barkod numarası olması gerekmektedir.
- 4) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 5) Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
- 6) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 7) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 8) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9) Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.
- 10) Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- 11) Alım kısmi teklife kapalıdır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI Telefon:0472 312 60 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 2B485250-67C7-4903-A73E-DD7A3AF2D59F

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Şenay SAPMAZ
Tıbbi Sekreter
Telefon No: 04723126047 - 215



KEMİK ÇİMENTOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ (ANTİBİYOTİKLİ--ANTİBİYOTİKSİZ)

- 1---Akrilik bazlı radyopak kemik çimentosu kıvamıyla ve çalışma süresiyle standart viskozite olarak diz protezi için ve düşük viskozite olarak kalça protezi için çimentolama işleminde kullanıma uygun olmalıdır.
- 2---Poli-metil metakrilat polimer ve Methyl Methacrylate monomer bileşenlerinden oluşmalıdır.
- 3---Steril paket içerisinde toz ve likit ile birlikte biyouyumlu karıştırıcı blaster ve karışımın yapılması için tozu muhafaza edebilecek yine biyouyumlu blaster (kase) bütünü kit halinde yine steril olarak hazır olmalıdır. Gerektiğinde blaster malzemelerin biyouyumluluk testleri sunulmalıdır.
- 4---Kemik çimentosunun antibiyotikli seçeneği olmalıdır. Antibiyotik olarak en az 1gr gentamisin içermelidir.
- 5---Kemik çimentosu radyopaklaştırıcı madde içermelidir.
- 6---Kemik çimentosu standart akışkanlıkta olmalı ve final süresi 8-10 dk'yı aşmamalıdır.
- 7---Düşük viskoziteli kemik çimentosu çimento tabancası ile kullanıma uygun olmalıdır.
- 8---Kemik çimentosunun toz olarak 20 gr--40 gr--60 gr seçenekleri ve likit olarak 10ml-20ml-30ml olarak 2/1 oranında olmalı ve tekli paketlerde olmalıdır.
- 9---Ürün çift steril paket içerisinde olmalıdır. likit malzemenin ampulunun kırılmasını engellemek için sert pet malzeme içerisinde olmalıdır.
- 10---Çift kat olarak paketlenmiş olan ürünler kartuşlu olmayan endüstriyel etilen oksit gaz ile steril edilmiş olmalıdır. İstenildiğinde sterilizasyon raporları sunulmalıdır.
- 11---Kutu içerisinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.
- 12---Ürün en az 3 yıl mıatlı olmalıdır.
- 13---Kutu üzerinde ürüne ait lot numarası--referans numarası--ürünün açık adı--,üretim tarihi--son kullanma tarihi belirtilmelidir.
- 14---Ürünler serin ve kuru bir ortamda muhafaza edilmelidir. Isı ve ışık gibi fiziksel etkilerden uzak tutulmalıdır.
- 15---Ürünler Avrupa Tıbbi Cihaz Yönetmeliği'ne uygun(93-42-EEC) nitelikte CE belgesi ve FDA belgesine ve ISO-13485 Kalite Belgesine sahip olmalıdır.
- 16---Ürün Ulusal Takip Sistemi'ne (UTS) kayıtlı olmalı ve Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır. Ayrıca SGK ödeme sisteminde SUT Kodu eşleştirmesi yapılmış olmalıdır....

AP3180 ANTİBİYOTİKLİ KEMİK ÇİMENTOSU(40gr) :

Op.Dr. Sozdar GÜZEL
T.C. No: 154454
Ortopedi ve Travmatoloji
Devlet Hastanesi

Op.Dr. Sozdar GÜZEL
T.C. No: 154454
Ortopedi ve Travmatoloji
Devlet Hastanesi