


T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/705
KONU : Teklife Davet

01/07/2024

Teklif Mektubu Davet


Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **ELDİVEN ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 03/07/2024 tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.
Bilgilerinize arz ederim.


Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali Hiz.Müd.

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
	MUAYENE ELDİVENİ, PUDRASIZ, NONSTERİL LATEKS S BEDEN	20.000	ADET		
	MUAYENE ELDİVENİ, PUDRASIZ, NONSTERİL LATEKS M BEDEN	20.000	ADET		
	MUAYENE ELDİVENİ, PUDRASIZ, NONSTERİL LATEKS L BEDEN	20.000	ADET		

UYGUNDUR

01/07/2024


Yasin ÇOLAK
Başhekim

NOTLAR:

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler(rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/e-posta> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

TUTANAK

Muayene Eldiveni Lateks Pudrasız Nonsteril small,medium,large adlı malzemeler stoğumuzda tükenmiş bulunmaktadır. Mart,Nisan ve Mayıs ayı DMO ihalesi henüz yapılmamıştır. Yeni bir alım süreci belli değildir. Diğer hastanelerde temin edemedik. Hastane hizmet işleyişinin sürmesi için bütün birimler adına acilen temin etmemiz gerekmektedir. 01/07/2024

Engin YILDIZ
TKY

2756	26.06.2024	150-03-01-210009423	MUAYENE ELDÖVENE NİTRİL PUDRASIZ MONİTERLER-4	MİBİTRİM-11110346 NİTRİL PUDRASIZ MONİTERLER-4 20 LİNE PUDRASIZ MUAYENE ELDÖVENE (MUAYENE ELDÖVENE NİTRİL KISA MANKET, BÜTÜK-1)	08599936634-31	Karşılanamadı	20X00	4	28.06.2024	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANITKAYA ŞEHİR HASTAHESİ	STOK FAZLASI DEĞİLDİR	
2757	26.06.2024	150-03-01-210009417	MUAYENE ELDÖVENE PUDRASIZ MONİTERLER-4	MUAYENE ELDÖVENE PUDRASIZ MONİTERLER-4 20 LİNE PUDRASIZ MUAYENE ELDÖVENE (H MUAYENE ELDÖVENE PUDRASIZ MONİTERLER-4)	8684373301546	Karşılanamadı	20X00	4	28.06.2024	E.L. SAĞLIK BAKANLIĞI GEMİSA SEHER HASTAHESİ	İstedi ihtiyacımızdır	

Taleplerimiz red edilmiştir.

01.07.2024



Engin YILDIZ
Taşınır Kayıt Yetkilisi
Diyadin Devlet Hastanesi

SMT2834- MUAYENE ELDİVENİ, PUDRASIZ, NONSTERİL LATEKS

SMT Temel İşlevi:	1. Tıbbi müdahale ve muayenelerde koruma sağlamak amaçlı üretilmiş olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Eldiven doğal kauçuk lateksten imal edilmiş, pudrasız, non-steril özelliğe sahip, tek kullanımlık olmalıdır. 3. Eldivenin S, M, L boyları olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	4. Eldivenlerin boyu en az 240 mm (küçük-ekstra küçük ölçülerinde en az 220±20 mm) olmalıdır 5. Eldivenler kullanım itibariyle ergonomik olmalı, sağ-sol ayrımı olmamalı ve giyildiğinde eli kavramalıdır. 6. Eldivenler paket içerisine düzgün yerleştirilmiş olmalı ve kolayca alınmalıdır 7. Eldivenler birbirine yapışık olmamalı, kolayca giyilip çıkarılabilir olmalıdır. 8. Eldivenin bilek kısmı çok sıkı ve çok gevşek olmamalıdır. Koncun kenarı yırtılma ve gevşemeyi önleyecek tutucu özelliği olan kıvrımlı yapıda imal edilmiş olmalıdır. 9. Eldivenler giyilip müdahale için cilde dokunulunca cilt hissedebilmelidir. 10. Eldivenin sıvı geçirgenliği olmamalı üretim sonrasında, üzerindeki delik oranının tespiti açısından EN 455-1 standarttı gereğince en çok AQL seviyesi 1,5 olmalıdır. 11. Yırtılmaya, delinmeye dayanıklı olmalı EN 455-2 standartı gereğince kopma dayanımı $\geq 6,0$ Newton olmalıdır. Eldiven dokusu ince-kalın dalgalı, pütürlü veya delik olmamalı, sağlam ve pürüzsüz olmalıdır.
Genel Hükümler:	12. Ürünün kompozisyonunu gösteren formülasyon/içerik dokümanı ile hammaddeye ait Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (Material Safety Data Sheet (MSDS)) ve analiz sertifikası/raporu bulunmalıdır. 13. TS EN 455-1 Standardında yer alan delik tespiti için sızdırmazlık deneyine ait analiz sertifikası bulunmalıdır 14. TS EN 455-2 Standardında yer alan kopma dayanımı testine ait analiz sertifikası bulunmalıdır. 15. Eldiven paketlerinde 100 adet eldiven bulunmalıdır. Paket üzerinde üretim

SMT2834- MUAYENE ELDİVENİ, PUDRASIZ, NONSTERİL LATEKS

	<p>lot bilgisi, üretim tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.</p> <p>16. Ürün ambalajında dökülme ve saçılmaya neden olacak yıpranma ve yırtılma olmamalıdır.</p>
--	---


Engin YILDIZ
Tasarruf Kayıt Yetkilisi
Diyadin Devlet Hastanesi