

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

02.07.2024

Sayı: 397  
Konu: Üç Parçalı Lens Alımı

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 08.07.2024 saat: 11:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KATLANABİLİR LENS, ÜÇ PARÇALI, SU İÇERİĞİ %1, +13.00D			2	Adet		
2	KATLANABİLİR LENS, ÜÇ PARÇALI, SU İÇERİĞİ %1, +14.00D			2	Adet		
3	KATLANABİLİR LENS, ÜÇ PARÇALI, SU İÇERİĞİ %1, +15.00D			2	Adet		
4	HİDROFOBİK AKRİLİK KATLANABİLİR ÜÇ PARÇALI İOL(İNTRAOKÜLER LENS) , -16.0D -11.0D			2	Adet		
5	HİDROFOBİK AKRİLİK KATLANABİLİR ÜÇ PARÇALI İOL(İNTRAOKÜLER LENS) , +17.0D (+0,5D)			2	Adet		
6	HİDROFOBİK AKRİLİK KATLANABİLİR ÜÇ PARÇALI İOL(İNTRAOKÜLER LENS) , +18.0D (+0,5D)			5	Adet		
7	HİDROFOBİK AKRİLİK KATLANABİLİR ÜÇ PARÇALI İOL(İNTRAOKÜLER LENS) , +19.0D (+0,5D)			5	Adet		
8	HİDROFOBİK AKRİLİK KATLANABİLİR ÜÇ PARÇALI İOL(İNTRAOKÜLER LENS) , +20.0D (+0,5D)			5	Adet		
9	HİDROFOBİK AKRİLİK KATLANABİLİR ÜÇ PARÇALI İOL(İNTRAOKÜLER LENS) , +21.0D (+0,5D)			5	Adet		

10	HİDROFOBİK AKRİLİK KATLANABİLİR ÜÇ PARÇALI İOL(İNTRAOKÜLER LENS) , +22.0D (+0,5D)			5	Adet		
11	HİDROFİLİK AKRİLİK KATLANABİLİR ÜÇ PARÇALI İOL(İNTRAOKÜLER LENS) , +23.0D (+0,5D)			4	Adet		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## KATLANABİLİR HİDROFOBİK GÖZİÇİ LENSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Optiğin tamamı hidrofobik akrilik yapıda olmalıdır. Optik su içeriği %5'den az olmalıdır.
2. Optik çapı 6.00 mm olacaktır.
3. Optik şekli equikonveks (simetrik bikonveks) olacaktır.
4. A sabiti 118.4 olacaktır.
5. Teorik AC derinliği 5.0 mm olacaktır.
6. Refraktif indeksi 1.47 olacaktır.
7. Optik katlanabilir özellikte olacaktır.
8. Ultraviole absorban olmalıdır.
9. Haptikleri polimetilmetakrilat (PMMA) yapıda ve mavi renkte olacaktır.
10. Haptik çapı 13.00 mm. ve açısı 5 derece olacaktır.
11. PCO gelişimi engelleyecek ve glare oluşturmayacak şekilde lensin kenar yapısı üç kenarlı olacaktır. Lensin anterior yüzey kenarı yuvarlak, posterior yüzey kenarı keskin ve yan kenarı eğimli olacaktır.
12. Küçük kesili katarakt ameliyatında arka kamaraya, kapsül içine yerleştirilebilecek ve katlanırcıca 2.8mm'lik kesiden implante edilebilecektir.
13. Haptikleri modifiye edilmiş C loop şeklinde olacaktır.
14. Teklifte birlikte Ürünün Ulusal Bilgi Bankasında Sağlık Bakanlığınca onaylı çıktısı verilecektir.
15. Ürün ile birlikte bir adet reusable enjektör ve lens başına birer adet kartuş verilecektir.

Uzm. Dr. Dilek ŞENGÖL  
Göz Hastalıkları  
Uzm. Tes. No. 162874  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Doc. Dr. Yavuz ORUÇ  
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi  
Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı  
Dip. Tes. No. 127711 - Uzm. Tes. No. 108284

Uzm. Dr. Yasir YASAR  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı  
Uzm. Tes. No. 182091  
Dip. Tes. No. 164546