

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

02.07.2024

Sayı: 400

Konu: TIBBİ SARF BİRİMİ İÇİN DİSTİLE SU ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Siz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 08.07.2024 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	STERİL DİSTİLE SU, PVC ŞİŞE, 1000ML			1000	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

DISTİLE SU TEKNİK ŞARTNAME

1. Steril distile su hastanede kullanılan ventilatör, nemlendirici, yüksek akış oksijen terapi cihazlarının otomatik beslemeli nemlendirici haznesinde (chamber) herhangi birinde kullanılmak üzere tasarlanarak üretilmiş olmalıdır.
2. Bulaşma riski olmayacak şekilde PVC ambalajlarda olmalıdır.
3. 1000 cc'lik ambalaj çeşitleri sunulmalıdır.
4. Ambalaj üzerinde ml sini gösteren ölçü çizgileri bulunmalıdır.
5. Ürünün içeriği apirojen olmalıdır
6. Ambalajların üzerindeki etiketler düşmeyecek ve bu etiketlerde:
 - a. Çözeltinin içeriği,
 - b. Seri numarası,
 - c. İmal tarihi ve son kullanma tarihi,
 - d. "Parenteral enjeksiyon şeklinde kullanılmamalıdır" ibaresi olmalıdır.
7. Siparişi verilen ürünlerin teslim tarihleri itibari ile miadlarının dolmasına 2/3 yıl kadar süre olmalıdır. Teslim edilen ürünler karışık miadlı olmamalıdır.
8. Numune gönderilmelidir

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Enver KALAYCI
Tıbbi Sekreter