

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

03.07.2024

Sayı: 414

Konu: 2 KALEM EMG İĞNESİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 09.07.2024 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	EMG İĞNESİ, KONSANTRİK, 0.45*50MM			75	Adet		
2	EMG İĞNESİ, KONSANTRİK, 0.45*38MM			50	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Tek kullanımlık Konsantrik EMG iğnesi Teknik şartnamesi

1. İğneler Tek kullanımlık ve konsantrik yapıda olmalıdır.
2. İğnelerin sterilizasyonu yapılmış olmalı ve ayrı ayrı paketlenmiş olmalıdır.
3. İğne boyu 50 mm olmalıdır.
4. İğne çapı 0.45mm (26G) olmalıdır.
5. Kayıt alanı 0.068 mm² olmalıdır.
6. İğneler 25'er adetlik paketlerde olmalıdır.
7. İğnenin rengi mavi olmalıdır.
8. Tutamaçlar kolay kavrama sağlamalıdır.
9. İğne uçları kolay girişi sağlamak için konik biçimde sivriltilmiş olmalıdır.
10. Her 250 adet iğne için bir adet iğne tutucu ücretsiz olarak verilmelidir.

Flaril
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Biyomedikal Sorumlusu

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Uzm. Dr. Işıl TATLIDİL
Klinik Norofizyoloji Uzmanı
Dip.Tes.No:163899 - Uzm.Tes.No:164222

Tek kullanımlık Konsantrik EMG iğnesi Teknik şartnamesi

1. İğneler Tek kullanımlık ve konsantrik yapıda olmalıdır.
2. İğnelerin sterilizasyonu yapılmış olmalı ve ayrı ayrı paketlenmiş olmalıdır.
3. İğne boyu 38 mm olmalıdır.
4. İğne çapı 0.45mm (26G) olmalıdır.
5. Kayıt alanı 0.068 mm² olmalıdır.
6. İğneler 25'er adetlik paketlerde olmalıdır.
7. İğnenin rengi yeşil olmalıdır.
8. Tutamaçlar kolay kavrama sağlamalıdır.
9. İğne uçları kolay girişi sağlamak için konik biçimde sivriltilmiş olmalıdır.
10. Her 250 adet iğne için bir adet iğne tutucu ücretsiz olarak verilmelidir.

Firat DURAK
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal sorumlusu

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Uzm. Dr. İSİ TATLIDİL
Klinik Neurofizyoloji Uzmanı
Dip.Tes.No:163898 - Uzm.Tes.No:161222