

İ.V KANÜL (BRANÜL/İNTRAKET/ANJİOKET) NO:20G – PEMBE  
İ.V KANÜL (BRANÜL/İNTRAKET/ANJİOKET) NO:22G – MAVİ

1. Branüllerin vitçin kısmı PUR (poliüretan), Virgin teflon (PTFE veya FEP) den yapılmış olmalıdır
2. Kanül X-ray ışınlarına karşı radyopak özellik taşımalıdır.
3. İğne ucu hastada acı yaratmayacak şekilde sivri ve uygun kesimli olmalı iğne üzerinde pürüzlenme olmamalı, ışığa doğru tutulduğunda üzerinde lekelenme olmamalıdır.
4. Kanül'ün kapaklı enjeksiyon portu olmalıdır.
5. Kanül'ün IV. puşe yapılan enjeksiyon portu kapağa tam oturmalı istemsiz açılmamalıdır.
6. IV. Kanül'ün kapağı vidalı veya geçmeli olmalı ve serum seti kan seti, step-cock ve vb. bağlantılarla uyumlu olmalıdır.
7. Renk kodlu olmalı çapları uluslar arası standartlara uygun olmalıdır.
8. İğne plastik kılıfı damara girerken çelik iğne ile uyumlu olmalıdır.
9. İğne plastik kılıf kaygan ve şeffaf olmalı delik ya da çatlak olmamalıdır.
10. Yapısal özelliği nedeniyle damara ve dokuya zarar vermemeli, kolayca damara girmeli girerken plastik kılıf büzülmemeli ve geriye kıvrılmamalıdır.
11. Plastik dış kılıf, sıyrılmaya riskine karşı konik formda olmalı ve kanül ucunun başlama noktasına kadar uzanmalı ve kanül kullanma esnasında plastik kısım ciltten kolayca girebilmelidir.
12. Plastik dış kılıf, kolay fonksiyon için özel formda ince çeperli yüksek akım hızlı teflondan olmalıdır.
13. Dış yüzey üzerinde radyopak çizgi olmalıdır.
14. Kanül hidrofob veya mekanik transparan kan tutuculu olmalıdır.
15. Kanül arkasında ayrılabilir luer lock kapakçık olmalı ve Luer lock koruyucu dış ucu kapalı olmalıdır.
16. Sabitlemenin çok rahat yapılabilmesi için, kanatların yumuşak rahat açılabilir ve iz bırakmayacak şekilde olmalıdır.
17. 14G Turuncu, 16G Gri, 18G Yeşil,20G Pembe, 24G Sarı, 26G Mor seçenekleri bulunmalıdır. Sağlık Tesislerinin ihtiyacına göre sipariş edilen ebatlarda ürün teslim edilebilmelidir.
18. Ürün numunesi mutlaka getirilmelidir. Numunesi olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
19. Steril tekli paketlerde olmalıdır.
20. Kanül hidrofob ve transparan kan tutucu olmalıdır.
21. Steril ambalaj depolama esnasında yırtılıp kırılmayacak materyal olmalıdır.
22. Kanül tek elle kullanılabilir yapıda dizayn edilmiş olmalıdır.
23. Ambalaj üzerinde imal tarihi, sterilizasyon ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.
24. Teslim edilen malzemenin son kullanma tarihi (raf ömrü) en az 2 yıl olmalıdır.
25. Malzemenin UBB kaydı olmalıdır.

Ahmet ÜNVER  
Tıbbi Sekreter

Mehmet BİLİR  
T.K.Y  
M. T. Y.

T.C  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü  
Taşlıçay Devlet Hastanesi

SAYI : 2024/115  
KONU : Mal Alımı Hk.

09.07.2024

**Teklif Davet**

Sağlık Tesisimizde kullanmak üzere İhtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Teknik Şartnamede Özellikleri belirtilen Hizmet alımı işi 4734 sayılı kamu ihale kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; Söz Konusu işin KDV hariç birim ve Toplam fiyatının 12.07.2024 tarih saat 10:00'a kadar (04725513307 numaralı belgegeçere, tdhsatinalma@gmail.com mail adresine, posta yolu ile ve ya elden) belirtilen adreslerden birine göndermenizi rica ederim.

Ebubekir GÜLMEZ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

S.NO	ALINACAK MAL/HİZMETİN ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	I.V KANÜL NO:20G PEMBE	Adet	4000		
2	I.V KANÜL NO:22G MAVİ	Adet	4000		

İdarenizce doğrudan temin usulü ile 12.07.2024 tarihi saat 10:00 de alımı yapılacak olan Hizmet Alımı işine ait dokümanı oluşturan bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Doğrudan temin usulü ile yapılacak alıma ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

1- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak, teklif fiyata dahil olması öngörülen bütün masraflar teklifimize dahildir.

2- Teklifimiz aşağıda belirtilen tarihten itibaren 30(Otuz) takvim günü geçerlidir.

3- 4734 Sayılı Kanununun 22/d maddesi gereğince, alıma konu iş için kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

4- Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığımızı kabul ediyoruz.

5- Alıma konu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı  
Kaşe ve İmza <sup>(2)</sup>