



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi



Sayı : E-68917221-949-248554467
Konu : Teklife Davet

12.07.2024

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ HASTASININ AMELİYATI (SÜLEYMAN SARİBOĞA) İÇİN 3 KALEM MALZEME ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/F maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 16/07/2024 tarih ve saat 13.30'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

S.N.	SUT KODU	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	TV1150	SELF -DRİLLİNG /SELF TAPPING KORTİKAL VİDA TİTANYUM /COCR KİLİTLİ DEĞİŞKEN AÇILI/SABİT AÇILI /SFERİK /DİNAMİK 1.0-3.0 MM ARASI TÜM BOYLAR	ADET	12		
2	TV2890	BAŞSIZ KOMPRESYON VİDASI TİTANYUM /COCR 1.5 -4.5 MM ARALIĞI TÜM BOYLAR	ADET	4		
3		KİLİTLİ KOMBİNE /KOMRESYON DELİK ,SABİT /DEĞİŞKEN AÇILI FÜZYON PARMAK/HALLUKS VALGUS PLAKLARI /OSTEOTOMİ PLAKLARI KOMBİNE/KOMPRESYON DELİK ,SABİT/DEĞİŞKEN AÇILI 1.0-3,5 MM KİLİTSİZ VİDALAR İÇİN TİTANYUM /COCR/KARBON TÜM BOYLAR	ADET	2		
GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):						

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

UYGUNDUR
Uzm. Dr. Demet ÖKKE
Başhekim

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: BE972BE3-2973-4CC5-B0E0-458704AE7D44

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Neriman İLHAN
Tıbbi Sekreter
Telefon No:



NOTLAR

1. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
2. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
3. Teklif edilen malzemenin TİTUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün UBB narkod numarası olması gerekmektedir.
4. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
5. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
6. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
7. Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
8. Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
11. Kısmi tekliflere kapalıdır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI Telefon:0472 312 60 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: BE972BE3-2973-4CC5-B0E0-458704AE7D44

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiyc.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Neriman İLHAN
Tıbbi Sekreter
Telefon No:



METAKARP VE METATARS PLAKLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Sistem metakarp, metatars kırıklarının tedavisi için tasarlanmış olmalıdır.
2. Plaklarda 2.0mm , 2.4mm ve 2.7mm kilitli ve kilitsiz vidaların kullanımı mümkün olmalıdır.
3. Plak ve vidalar çok düşük profilli olmalıdır.
4. Set içerisinde kesilebilir özellikte 10 delikli bir plağa ilaveten, Y, T, L,X,J ve H dizaynli plaklar olmalıdır.
5. Özellikle falanks kırıklarında kullanılabilecek ve kondil bölgesine 3 ince vidaya kadar gönderim imkanı verecek özel plak çeşitleri olmalıdır.
6. Plakların düz bölümlerinde kombine delikler olmalıdır ve bu sayede kompresyon imkanı da sağlanmalıdır.
7. Plaklar ve vidalar titanyumdan üretilmiş olmalıdırlar.
8. Sistemin kompleks travmalarda kullanılabilmesi için el bileği bölgesi kırıkları içinde distal radius dorsal ve volar plakları ile distal ulna plakları da olmalıdır.
9. Ürünün kullanılması için kemik forsepslerinin, kanüllü forsepslerin v.s. bulunduğu geniş kapsamlı bir set olmalıdır.
10. İki adet delici ve kesici motor vakada bulundurulmalıdır ve kesici motorların mini Halluks valgus kesisi yapmaya uygun olmalıdır.

Doğubayazıt Dr. Yaşar ERYILMAZ
Devlet Hastanesi

Adı Soyadı: SÜLEYMAN SARIBOĞA
T.C. Kimlik No: 1011981000000
Kurumu: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
Doğum Tarihi: 10.07.1981 09:00:00
Protokol No: P 241775677
İstemi Tarihi: 10.07.2024 10:44:31
Tabii Adı: ZEKE

Sr:43

Op. Dr. Sezgin GÜZEL
T.C. Kimlik No: 154154
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz
Doğubayazıt Devlet Hastanesi

Doç. Dr. Yaşar ERYILMAZ
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Doç. Dr. Yaşar ERYILMAZ
Dip. Tes. No: 15395

- BAŞSIZ, KONİK, KANÜLLÜ, TAMAMI VİVLİ KOMPRESYON VİDASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- TtTUB (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası), UBB (Ulusal Bilgi Bankası) barkod kodlar, SUT ve SUT alan kodlarından kaynaklanan zararlar vc kesintiler yüklenici firmaya aittir,

2. Vidalar kanüllü, tam yivli başsız steril olmalıdır,

3. Yüksek kompresyon yapabilmesi için, vidaların diş boylan vida tepesine doğru azalan bir yapıda olmalıdır.

4. Kemik içerisinde dışa sıyrılmaya karşı maksimum direnç sağlamak için uca doğru daralan konik (tapered) yapıda olmalıdır

5 Bütün vidalar self-drilling vc self-tapping uç özelliğinde olmalı ve vida yüzeyleri çok iyi parlatılmış olmalıdır.

6. Ameliyat sırasında çapa göre vida seçiminde kolaylık sağlaması vc hata yapmayı önlemesi için vidaların renk kodu ile ayrılmış olması sağlanmalıdır.

7. Ürünlerin tamamı Titanyum (Ti&AMV HU) dan imal edilmiş olmalıdır,

8. Vidalar aşağıda yazan boylan olmalıdır, Micro Vidalar (2.5mm distal çap) 8,0mm - MmmMrero Fixation Screw Mini Vidalar (3.5mm distal yap) 16,0mm -30mm Mini fixation

Screw Standart Vidalar (4.0mm distal çap) 16,0mm -30mm Standart Fixation Screw

9 - Teknik şartnamede belirtilen özellikler asgari nitelikte olup, üstün özellikli teklifler katalog ve/veya literatür üzerinde gösterilmesi halinde değerlendirmeye alınacaktır.

10- İki adet delici ve kesici motor vakada bulundurulmalıdır ve kesici motorların mini Halluks valgus kesisi yapmaya uygun olmalıdır.

Doğubayazıt Dr. Yaşar ERYILMAZ
Devlet Hastanesi
İsminin Soyadı: SÜLEYMAN SARIBOĞA
T.C. Kimlik No: 1011981000000
Durumu: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
Doğum Tarihi: 01.1981 00:00:00
Protokol No: P 241775677
İsminin Soyadı: ZEKİ
Sistem Tarihi: 10.07.2024 10:44:31
Sıra No: Sr:43

İSPLERSEH...
Z...
İ...
T...
...

DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ
DEVLET HASTANESİ
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Op. Dr. Tolgahan KORKMAZ
Dip. Tes. No: 188 395