

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

16.07.2024

Sayı: 434

Konu: HAFIZALI BUZDOLABI TERMOMETRESİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 22.07.2024 saat: 11:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SICAKLIK ÖLÇÜM CİHAZLARI, DİJİTAL, ORTAM SICAKLIK KAYDEDİCİ / TERMOMETRE			5	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## HAFIZALI BUZDOLABI TERMOMETRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Dünya Sağlık Örgütü Onaylı olmalıdır.
2. Hafızasında 30 günlük kayıt saklayabilmelidir.
3. Ekranda tarih ve saat özelliği olmalıdır.
4. Ekranından 30 gün geriye doğru kayıtları görülebilmelidir.
5. USB girişi ile bilgisayara bağlanabilmeli ve bağlandığında herhangi bir programa gerek kalmadan PDF formatında 60 gün geriye doğru kayıtları raporlayabilmelidir.
6. Cihazda gün içinde gördüğü en yüksek ve en düşük sıcaklık değerlerini hafızasında tutma (MİN – MAX ) özelliği olmalıdır.
7. Cihazın bulunduğu ortamın sıcaklık değerinin +2°C ile 8°C arasında olması gerekmektedir.

*Emken Çetinkaya KASAR*  
A.Ö.Ö.Ö.  
Hemşire

*Dr. Öğr. Üyesi*  
**Burcu ÖZEL KARAGÖLÜT**  
Açık Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Acil Tıp  
Dip. Tez No: 184 881