

T.C  
AĞRI VALİLİĞİ  
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/753  
KONU : Teklife Davet


17/07/2024

**Teklif Mektubu Davet**

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **DİYALİZ SU ANALİZİ KİTİ ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **19/07/2024** tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada [diyadindh@gmail.com](mailto:diyadindh@gmail.com) adresine göndermenizi rica ederim.  
Bilgilerinize arz ederim.

  
**Mehmet İLBOĞA**  
İdari ve Mali Hiz. Müd.

| Sıra No | Malın / İşin Adı      | Miktar | Birimi | Birim Fiyatı | Toplam Fiyat |
|---------|-----------------------|--------|--------|--------------|--------------|
| 1       | DİYALİZ SU KİTİ ALIMI | 2      | ADET   |              |              |

17/07/2024  
  
**Dr. Yasın ÇOLAK**  
Başhekim

**NOTLAR:**

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler( rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/e-posta> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

**T.C.**  
**AĞRI VALİLİĞİ**  
**Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü**  
**Ağrı Diyadin Devlet Hastanesi**

**( SU ANALİZ KİTİ) SERTLİK ,KLOR VE PH ÖLÇÜM TEST KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Suya Sertlik Veren Madde Miktarlarını Fransız Sertlik Derecesine Göre Ölçümleyebilen Yapıda Gerekli Solüsyonları İçeren
2. Her Bir Damla Titrasyon Çözeltisi =1 Fr (1 Fransız Özelliğine Sahiptir.)
3. Suda Bulunan Serbest Klor Miktarını Mg/L Biriminde Ölçebilecek Gerekli Solüsyonları İçeren
4. İçme Suyu ve Saf Su Kullanımına Uygun Olacak.
5. Her Tüp Testi İçin Gerekli Test Ekipmanına Sahip Olmalıdır.
6. Kullanım Kılavuzunda Ölçüm Detaylı Diyaliz Su Sistemine Uygun Olacak.
7. Solüsyon Kaplarında Lot Numarası Ve Solüsyonun Son Kullanma Tarihi Belirli Olacak.
8. Gerekli Kimyasal Uyarı İşaretlerinin Solüsyonları Taşıyan Kap Üstünde Bulunduran Kitler Olmalıdır.
9. Hastane İhtiyacı Oldukça Temin Edilecek.
10. Yüklenici Firma Tse 12426- 12843 Hizmet Yeterlilik Belgesi İso 13485-2016 İso 9001 -2015 İso 14001 2015 Ohsas 18001 2007 Sahip Olmalıdır.
11. Yüklenici Firma Su Arıtma Sistemleri ile İlgili Belgelere Sahip Olmalıdır.
12. Analiz Kiti Kutusu Üzerinde Son Kullanma Tarihi Olmalıdır.
13. Test Kiti Diyaliz Birimlerinde Sertlik, Klor ve PH Ölçümü için Uygun Olmalıdır.
14. Test kitinden 2 adet olacaktır.

**Leyla DURU**  
**Diyadin Devlet Hastanesi**  
**Enfeksiyon Hemşiresi**

## DİYALİZ SU ANALİZ KİTİ GEREKÇE RAPORU

Sağlıkta Kalite Standartları(SKS) gereği;

(Ç) SDİ13 Diyaliz ünitesinde üretilen saf suyun kontrolüne yönelik düzenleme yapılmalıdır.

SDİ13.02 Üretilen saf su için günlük kontroller yapılmalıdır.

Rehberlik: Saf su için aşağıdaki günlük kontroller yapılmaktadır:

1. Saf su iletkenliği
2. Su sertliği
3. Klor miktarı
4. Basınç düşmesi
5. Ph düzeyi

Maddesine istinaden Hastanemizde Diyaliz Ünitesi Su Analiz Kiti alımına çıkılmasına karar verilmiştir.

Leyla DURU  
Diyadin Devlet Hastanesi  
Enfeksiyon Hemşiresi