


T.C  
AĞRI VALİLİĞİ  
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/769  
KONU : Teklife Davet

22/07/2024

**Teklif Mektubu Davet**

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **ARTER FİSTÜL İĞNESİ VE VEN FİSTÜL İĞNESİ ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **24/07/2024** tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada [diyadinhd@gmail.com](mailto:diyadinhd@gmail.com) adresine göndermenizi rica ederim.  
Bilgilerinize arz ederim.

  
**Mehmet İLBOĞA**  
İdari ve Mali Hiz. Müd.

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	ARTER FİSTÜL İĞNESİ 16G	450	ADET		
2	VEN FİSTÜL İĞNESİ 16G	450	ADET		
3	ARTER FİSTÜL İĞNESİ 17G	150	ADET		
4	VEN FİSTÜL İĞNESİ 17G	150	ADET		

22/07/2024  
  
**Dr. Yasin ÇOLAK**  
Başhekim

NOTLAR:

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler( rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/e-posta> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

## TUTANAK

ARTER FİSTÜL İĞNESİ VE VEN FİSTÜL İĞNESİ adlı malzemeler stoğumuzda tükenmiş bulunmaktadır. Mevcut DMO ihalesinde fiyat almamış olup 2. değerlendirmeye kalmıştır. Ne zaman sonuçlanacağı da belli değildir. Diğer hastanelerde temin edemedik. Hastane hizmet işleyişinin sürmesi için hemodiyaliz birimi adına acilen temin etmemiz gerekmektedir. 22/07/2024

Engin YILDIZ  
TKY



Talepdeyere Göre

Durum Durumu: GİZLENMİŞ TALEPLER KABUL EDİLMİŞ TALEPLER REDDEDİLMİŞ TALEPLER

Talep No: \_\_\_\_\_

İşletim No: \_\_\_\_\_

Hastane Tanımı: \_\_\_\_\_

Hastane - Şubesi: \_\_\_\_\_

Talep No	Talep Tarihi	Hastane Kodu	Hastane Adı	Hastane Açıklama	Birlik No	Durumu	Talep Miktarı	Karşılama Miktarı	Karşılama Tarihi	Karşılama Birim Adı	Sistem Açıklama	Önem	Sil
2875	17.07.2024	150-03-02-270004064	FİSTÜL İÇİN ARTER, GAMA/BUNAR, 150	FİSTÜL İÇİN ARTER, GAMA/BUNAR, 150, HEMODİYALİZ FİSTÜL İÇİN ARTER (HTC)150	4988420706001	Karşılama	1088	0	19.07.2024	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MAMAK DEVLET HASTANESİ		...	...
2876	17.07.2024	150-03-02-270004069	FİSTÜL İÇİN ARTER, GAMA/BUNAR, 170	FİSTÜL İÇİN ARTER, GAMA/BUNAR, 170, HEMODİYALİZ FİSTÜL İÇİN ARTER (HTC)170	5420042600250	Karşılama	358	0	19.07.2024	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MAMAK DEVLET HASTANESİ		...	...
2877	17.07.2024	150-03-02-270004065	FİSTÜL İÇİN ARTER, GAMA/BUNAR, 170	FİSTÜL İÇİN ARTER, GAMA/BUNAR, 170, HEMODİYALİZ FİSTÜL İÇİN ARTER (HTC)170	5420042600199	Karşılama	358	0	19.07.2024	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MAMAK DEVLET HASTANESİ		...	...
2878	17.07.2024	150-03-02-270004068	FİSTÜL İÇİN ARTER, GAMA/BUNAR, 150	FİSTÜL İÇİN ARTER, GAMA/BUNAR, 150, HEMODİYALİZ FİSTÜL İÇİN ARTER (HTC)150	4988420707000	Karşılama	1088	0	19.07.2024	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MAMAK DEVLET HASTANESİ		...	...
2872	11.07.2024	150-03-02-270004069	YAKA DÖRTÜCÜ, KALP ATAR DÖRTÜCÜ, KALP ATAR DÖRTÜCÜ, KALP ATAR DÖRTÜCÜ	YAKA DÖRTÜCÜ, KALP ATAR DÖRTÜCÜ, KALP ATAR DÖRTÜCÜ, KALP ATAR DÖRTÜCÜ	4021447933001	Karşılama	5	0	19.07.2024	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL DR. LUTFI KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ		...	...
2836	10.07.2024	150-03-02-270006777	HEMODİYALİZ İÇİN ARTER, 170	HEMODİYALİZ İÇİN ARTER, 170, 170x110x140x150CM, DÖRT FİSTÜL İÇİN ARTER (HTC)170	5691284300000	Karşılama	200	0	18.07.2024	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ETLİK ŞEHİR HASTANESİ	Stok fazlamız olduğu için	...	...
2879	17.07.2024	150-03-02-210007088	HEMODİYALİZ İÇİN ARTER, 170	HEMODİYALİZ İÇİN ARTER, 170, 170x110x140x150CM, DÖRT FİSTÜL İÇİN ARTER (HTC)170	5682723300000	Karşılama	500	0	18.07.2024	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SINCAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ	Hastanemiz için EBM olduğu için karşılığı malzeme çok artmıştır. Stok fazlamız bulunmaktadır.	...	...
2826	10.07.2024	150-03-02-270001864	ENKÜRÖR, TEK KULLANIMLIK, 210	ENKÜRÖR, TEK KULLANIMLIK, 210, 210x110x140x150CM, DÖRT FİSTÜL İÇİN ARTER (HTC)210	5691284300000	Karşılama	20000	0	18.07.2024	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SAĞI KÖRNEK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ		...	...
2820	4.07.2024	150-03-02-86802260073	POTASYUM KLORÜR, 500MG 10 ML 10 AMPUL	POTASYUM KLORÜR, 500MG 10 ML 10 AMPUL	8680226000073	Karşılama	500	0	18.07.2024	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FİNİKE DEVLET HASTANESİ	Stok fazlamız bulunmaktadır.	...	...
2818	4.07.2024	150-03-02-86802260073	POTASYUM KLORÜR, 500MG 10 ML 10 AMPUL	POTASYUM KLORÜR, 500MG 10 ML 10 AMPUL	8680226000073	Karşılama	500	0	18.07.2024	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FİNİKE DEVLET HASTANESİ	Stok fazlamız bulunmaktadır.	...	...

E-Posta : kbom.stokveemir@saqlik.gov.tr

Mevzuat Destek : 0(312) 565 03 00 82 85 59 60

Engin YILDIZ  
Tasınır Kağıt Yetkilisi  
Diyadin Devlet Hastanesi

## SMT1737-FİSTÜL İĞNESİ, ARTER-VEN

<b>SMT Temel İşlevi:</b>	1. Hastanın fistüline yerleştirilerek hemodiyaliz işleminin sorunsuz gerçekleştirilmesi için tasarlanmış olmalıdır.
<b>SM malzeme tanımlama bilgileri:</b>	2. Fistül iğneleri ünitelerin isteği doğrultusunda 15G, 16G, 17G veya 18G aralığında seçenekleri olmalıdır. İğne uçları açılı kesim, paslanmaz çelik yapıda olmalıdır. 3. Her iki fistül iğnesinde de iğne boyları 2 - 3cm aralığında, fistül iğneleri tüp uzunluğu 15- 30cm olmalı, ayarlı klemp ve kapaklı olmalıdır. Klempler sert olmamalıdır. 4. Arter fistül iğnesinde de dinamik kan akımını sağlamak ve iğnenin damar duvarına yapışmasını engellemek için uç kısmına yakın kenar deliği olmalıdır. 5. Arter iğnelerinin kırmızı, ven iğnelerinin mavi renk kodlu kanatları olmalıdır. 6. Setler antialerjik sterilizasyon yöntemi ile veya standart sterilizasyon yöntemi ile steril edilmiş olmalıdır. Kullanıcı tercihi doğrultusunda değişiklik gösterecektir.
<b>Teknik Özellikleri:</b>	7. Arter ven iğneleri; pürüzsüz, apirojen, nontoksik ve atravmatik yapıda olmalıdır. 8. Arter ve ven fistül uçları 360 derece kendi etrafında dönecek şekilde olmalıdır. 9. İğneler tüm arter – ven setleri ile uyumlu olmalıdır.
<b>Genel Hükümler:</b>	10. Standart sterilizasyon yöntemi ETO, antialerjik sterilizasyon yöntemi ise BUHAR veya GAMA olmalıdır. Teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl süreli steril edilmiş olmalıdır. Sterilizasyon tarihi ve yöntemi orijinal ambalaj üzerinde yazılı olmalıdır. 11. Fistül iğneleri arter ve ven olarak ayrı ayrı paketlenmiş olmalıdır.

**Ergin YILDIZ**  
Tasınır Kayıt Yetkilisi  
Diyadin Devlet Hastanesi

Diyaliz Teknisyeni  
**Hüseyin AKTI**