

6 KALEM MUAYENE ELDİVENİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

GENEL ŞARTLAR

1. Teklif edilen ürünlere ait marka, ambalaj şekli ve ambalajdaki miktarları mutlaka teklifte belirtilecektir.
2. Steril olarak alınacak olan tıbbi malzemelerin sterilizasyonunun yapıldığı tarih ve sterilizasyon şekli ambalaj üzerinde bulunacak, teslim tarihinden itibaren aksi belirtilmedikçe en az 2 yıl miatlı olacaktır.
3. Tıbbi malzemelerin iç ve dış ambalajları ve kolileri üzerindeki etikette ismi, muhteviyatı, imal tarihi ve/veya son kullanma tarihi yazılı olacaktır.
4. Tıbbi malzemeler orijinal ambalajlarında olacak, malzeme bitimine kadar ambalaj içerisinden eksik ve bozuk çıkan miktarlar en geç 1 (bir) ay içerisinde yüklenici firma tarafından tamamlanacaktır.
5. Tıbbi malzemelerin teslimatı yapıldıktan sonra (kullanma süresi içinde) kullanılamaz olduğu tespit edildiğinde yüklenici firma kendisine haber verilışinden itibaren en geç 1 (bir) ay içerisinde malzemeyi değiştirecektir.
6. Tıbbi malzemelerin miadının dolmasına üç ay kala (hastanece bildirilmek kaydı ile) yüklenici firma malzemeyi 15 (on beş) gün içerisinde yeni miatlı ürünlerle değiştirecektir.
7. İl Sağlık Müdürlüğü onayına istinaden sağlık tesislerimiz firmalarda kalan malzemeleri e-posta ile isteyecek ve firmalar e-posta tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içinde malzemeleri getirecektir. İstenilen miktarın dışındaki malzemeler teslim alınmayacaktır.
8. İdari ve teknik şartnamede bulunmayan hükümler için muayene ve kabul işleri hakkındaki yönetmelik hükümleri uygulanır
9. Firmalar, Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olduğu belgeleri gösteren belgelerini tekliflerine ekleyeceklerdir. Ayrıca ÜTS'ne kayıtlı olan malzemelerin barkod numaraları, kayıtlı olmayan ürünlerin ise marka isimleri teklif cetveline yazılacaktır.
10. Numune üzerinde istekli firma adı, ihale listesi sıra numarası yazılı olmalıdır. Gerekliğinde numune açılıp kontrol edilerek gerekli testlere tabi tutulacaktır. Numune değerlendirme komisyonu tarafından numuneler değerlendirilecektir. Numunelerin karar vermek için yetersiz olduğu durumlarda istekli firmadan tekrar

Ercanhan DEMİR
2017/37640
Tosun No:47370

Poide KARATAŞ

Selami OĞLU
İdari ve Malî İşler
Müdü Yardımcısı
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

numune talep edilebilir. İhaleye katılan istekliler bu şartı peşinen kabul etmiş sayılırlar.

11. Tüm kalemlere numune getirilecektir. İstekliler numunelerini ihale gün ve saatine kadar teslim tutanağı ile idarenin belirleyeceği kişiye teslim edecektir. İstekliler kendisinde kalan kalemlerde getirdikleri numuneler ile birebir aynı malzemeyi getirecektir. Numunesi ile birebir aynı olmayan ürünler kabul edilmeyecektir. İhaleye katılan istekliler bu şartı peşinen kabul etmiş sayılırlar.
12. İstekliler numune getirmedeği takdirde verilen fiyat teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
13. Fatura üzerinde malzemenin UBB kodu, sut kodu, miat tarihi yazılacaktır. Bu bilgileri içermeyen faturalar teslim alınmayacaktır.
14. Malzemelerin depo içine kadar taşınması firma tarafından gerçekleştirilmelidir.

TEKNİK ŞARTNAMESLER

1-2-3. Kalemler: NON STERİL ELDİVEN PUDRASIZ (SMALL-MEDİUM-LARGE)

1. Eldiven kalınlığı dokuyu hissedecek hassasiyette olmalıdır.
2. Parmak uçları kaymayı önleyici özellikte olmalıdır.
3. Eldiven lâteks ve pudra içermeyen Nitril malzemenin imal edilmiş olmalıdır.
4. Tek hamlede giyip çıkarma esnasında eldivenlerde yırtılma, parçalanma olmamalıdır.
5. Eldiven 100 adetlik kolay alınabilir kutularda olmalıdır.
6. Ambalaj üzerinde boyları ayırt etmeye yarayacak numara veya özel işaret bulunmalıdır.
7. Ambalajlar üzerinde imalat tarihi bulunmalı, yırtık imalat olmamalıdır.
8. Ambalajından kolaylıkla tek tek çıkarılabilmelidir.
9. Teklif verecek firmalar numune getirmeli ve uygunluk almalıdır.
10. Depo tesliminden itibaren en az 2 yıl miadı olmalıdır.
11. Malzemenin ÜTS' de kayıtlı olması, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir.
12. Numune üzerinden değerlendirme yapılacak ve firma tarafından en az 1 numune getirilmelidir.

4-5-6 Kalemler: NON STERİL ELDİVEN (SMALL, MEDIUM, LARGE)

1. Kolayca çalışmaya imkân verecek şekilde silikonlu lateksten üretilmiş anatomik yapıya uygun, incelik ve kalınlıkları standartlara uygun olmalı ve ele giyildiğinde rahatsız etmemelidir.
2. Non-steril ve pudralı olacaktır.
3. Defolu malzeme yenisi ile değiştirilecektir.

DEMİR
17/37240
24/670

ROJHA KARATAŞ
[Signature]

Selami ÇELİK
İdari ve Mali İşler
Müdür Yardımcısı
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

4. Kutu fiyatı verilmeyecek, fiyatlar adet olarak verilecektir.
5. Eldivende ve ambalajında yırtık olmayacaktır.
6. Eldivenin bilek kısmı çok bol olmayacak, bileği saracak özellikte olacaktır.
7. Eldivenler 100 'lük ambalajda olup ambalajın üzerinde lot numarası, üretim tarihi, son kullanım tarihi, barkod bilgisi, üretici firma ve ruhsat izinleri okunabilecektir.
8. Giyimi esnasında ele yerleştirilirken yırtılmayacaktır.
9. Boyutları small, medium, large olacaktır.
10. Malzemenin ÜTS' de kayıtlı olması, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir
11. Numune getirmesi zorunludur. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Ecz. İsmail
Dip. İsmail
Tosun

R.Ö. Z. K. KARATAŞ

Selami OĞLU
İdari ve Mali İşler
Müdür Yardımcısı
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi