

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

30.07.2024

Sayı: 46

Konu: YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ İÇİN TIBBİ SARF MALZEME ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 05.08.2024 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	YÜKSEK RİSKLİ KATATER TANIMLAMA ETİKETİ KIRMIZI (ARTERİYEL KATATER İÇİN)			3000	Adet		
2	YÜKSEK RİSKLİ KATATER TANIMLAMA ETİKETİ MAVİ (SANTRAL VENÖZ KATATER İÇİN)			3000	Adet		
3	YÜKSEK RİSKLİ KATATER TANIMLAMA ETİKETİ SARI (EPİDURAL KATATER İÇİN)			500	Adet		
4	YÜKSEK RİSKLİ KATATER TANIMLAMA ETİKETİ YEŞİL (HEMODİYALİZ/FİSTÜL KATATER İÇİN)			2500	Adet		
5	YÜKSEK RİSKLİ KATATER TANIMLAMA ETİKETİ TURUNCU (PORT KATATER İÇİN)			1000	Adet		
6	YÜKSEK RİSKLİ KATATER TANIMLAMA ETİKETİ PEMBE (UMBLİKAL KATATER İÇİN)			500	Adet		
7	RİSKLİ ZOR HAVA YOLU ENTÜBASYONLARINI TANIMLAMAK İÇİN LACİVERT HASTA BİLEKLİĞİ			1000	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Tlf: Fax: e_mail: Hız.NURSEN BAĞATUR
Dahili:

YÜKSEK RİSKLİ KATATER VE RİSKLİ ZOR ENTÜBASYON TANIMLAMA ETİKET VE BİLEKLİK ŞARTNAMESİ

- 1-Etiketler 2.5 cm x5 cm ebatlarında olmalıdır.
- 2-Kataterin ve bilekliğin cinsine göre tanımlanmış olmalıdır.
 - a-Arteriyel katater -----Kırmızı renkte
 - b-Epidural katater-----Sarı renkte
 - c-Sanrtal Venöz Katater----Mavi renkte
 - d-Hemodiyaliz katateri (fistül)-----Yeşil renkte
 - e-Port katater -----Turuncu renk
 - f-Umlikal katater -----Pembe
 - g-Zor entübasyon bilekliği-----Lacivert
- 3-Etiket ler yırtılmaz,sudan etkilenmez olmalıdır.Etiketler yapıştırıldığı yüzeyden kolay çıkmamalıdır.
- 4-Etiket ve bileklik üstünde katater ve bileklik tarihi yazılabilir özellikte olmalıdır.Kağıttan tükenmez kalem mürekkebi kayma ,bozulma dağılma yapmamalıdır.
- 5.Etiketler ve bileklikler 5 'erli olacak şekilde desteli gelmelidir.
- 6-Etiketler üzerinde belirlenmiş yazılar istenen yazı tipi ve puntoda olmalıdır.Yazı kalın koyu olmalıdır.Yazı tipi olarak Times New Roman olmalı,punto 12 olmalıdır.Yazı rengi siyah olmalıdır.
- 7-Alımı yapılmadan önce firma tarafından her model için örnek numune gönderilmelidir kontrol edilip onay verilmelidir.
8. Bileklik sürtünme ve aşınmaya karşı dayanıklı olmalı, su ,vücut ısısı , kan amonyak ,çamaşır suyu gibi malzemelerden etkilenmemelidir.
- 9- Hasta bilekliğinin barkod yapışacak bölümü 3,5 cm en, 7,5 cm boyuna olmalıdır.
10. Bileklik kola takıldıktan sonra kesilerek çıkarılma dışında çıkarılmayacak özellikte olmalıdır.
- 11 Hasta bileklikleri hasta güvenlik standartlarına uygun olmalı, uygunluğu gösteren orijinal sertifikası olmalıdır.
12. Bilek genişliğine göre ayarlanabilir özellikte olmalıdır.
13. Barkod yapışacak bölümü şeffaf naylon kaplama olmalı. İçinde, hastanemizdeki barkot büyüklüğünde uyumlu karton olmalıdır.

AGRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Uzm. Dr. Sevil TULTAK
Yoğun Bakım Yan Dal Uzmanı
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
Dip. Tes. No 160407

Salman ÖZDEMİR
3.Basamak B-Blok Y.B.Ü.
Sorumlu Hemşire

SORUMLU HEMŞİRE
ERDAL YILMAZ

14. Hasta kol bandı yumuşak PVC'den yapılmalıdır. Hastanın kollarına rahatsızlık vermeyecek şekilde kenarları tahriş edici olmayacaktır. Anti alerjik olmalıdır.
15. Hasta kol bantları tek kullanımlık olmalı çıt çıtları kilitlendikten sonra açılmamalıdır.
16. Hasta kol bandının uzunluğu 24,3cm yazı yazılacak kısım 2,5cm (+/-10mm olabilir).
17. Etiketler 6,5X2,2cm ebadında olmalıdır (+/-3mm olabilir).
18. Hasta kol bantları lacivert renklerde imal edilmelidir.
- 19-Hasta bilekliklerinin üst kısmında siyah renkte Zor Entübasyon bilekliği diye yazılı olmalıdır.
- 20-İstenen formatta ki etiket örnekleri ekte belirtilmiştir.

AGRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Uzm Dr. Sevil TULTAK
Yoğun Bakım Yan Dal Uzmanı
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
Tıp Tesc. No: 160407

Salman ÖZDEMİR
3.Basamak B-Blok Y.B.Ü.
Sorumlu Hemşire

SORUMLU HEMŞİRE
ERDAL YILMAZ

8.1.

ARTERİYEL KATETER

Takılış Tarihi:

- KIRMIZI

8.2.

SANTRAL VENÖZ KATETER

Takılış Tarihi:

- MAVİ

8.3.

EPİDURAL KATETER

Takılış Tarihi:

- SARI

8.4.

HEMODİYALİZ/FİSTÜL KATETERİ

Takılış Tarihi:

- YEŞİL

8.5.

PORT KATETER

Takılış Tarihi:

- TURUNCU

8.6.

UMBİKAL KATETER

Takılış Tarihi:

- PEMBE

AGRI EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI
Uzm. Dr. Sevil TULTAK
Yoğun Bakım Yan Dal Uzmanı
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
Dip Tesc. No 160407

Salman ÖZDEMİR
3. Basamak B-Blok Y.B.Ü.
Sorumlu Hemşire

SORUMLU HEMŞİRE
ERDAL YILMAZ