

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Tutak Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

01.08.2024

Sayı: 24DT1015886

Konu: Biyomedikal Malzeme Alımı İşi

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı mal/malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile satın alınacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 29/07/2024 Tarih ve saat: 10:00 'e kadar tutakdhsatinalma@outlook.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Bilgilerinize önemle duyurulur.

Murat DİVARCI
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Mal/Hizmet Adı	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	FLOWMETRE CİHAZLARI, OKSİJEN TERAPİ CİHAZI YETİŞKİN		5	Adet		
Genel Toplam (KDV Hariç)						

Yazıyla//.....TL//

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satın almanın Yapılacağı Birim:

•Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.

- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

OKSİJEN TERAPİ CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ 5

1. Cihaz hastanelerde, acil servislerde ve evde kullanım için tasarlanmış olmalıdır.
2. Cihaz, oksijen tüpünden gelen basınçlı gazı regüle edip nemlendirerek hastaya verilmesini sağlamalıdır.
3. Cihaz üzerinde tüp basıncını gösteren bir manometre bulunmalıdır.
4. Cihaz, oksijen tüpündeki basıncı 200 kg/cm^2 'den $3,5 - 4 \text{ kg/cm}^2$ 'ye düşürerek, tüp basıncını regüle etmelidir.
5. Cihazın regülâtöründen $3,5 - 4 \text{ kg/cm}^2$ basınçla çıkan gazın debisi cihazın flowmetresinde $0 - 15 \text{ lt/dak}$ arasında ayarlanabilmelidir.
6. Regülâtör üzerindeki etikette cihazın markası ,modeli, Lot numarası ve UBB Barkot numarası gibi bilgiler mevcut olmalıdır.
7. Cihazın flowmetresi 150 ml lik nemlendirme kabı ile birlikte verilmelidir.
8. Nemlendirme şişesi plastik kapaklı olmalı ve kapak üzerinde bağlantı somunu ve hortum Bağlantısı bulunmalıdır. Bağlantı somunu ve Hortum Bağlantı aparatı krom nikel malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
9. Nemlendirme kabı içindeki hortum şeffaf olmalı ve hortum ucunda filtre görevi gören bir aparat olmalıdır.
10. Cihazın nemlendirme kabı 121 derecede steril edilebilir özellikte olmalıdır.
11. Flowmetrenin derecelendirilmiş debimetresi kırılmaya karşı mukavim polikarbon malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
12. Cihaz ile aşağıdaki aksesuarlar verilmelidir.
 - ✓ Oksijen burun gözlüğü 1 adet
 - ✓ Tüp bağlantı ara contası 2 adet
13. Cihaz imalat ve montaj hatalarına karşı 2 (iki) yıl garantili olmalıdır. Garanti süresinin dolmasından sonraki 10 yıl boyunca ücreti karşılığında yedek parça temin garantisi olmalıdır.
- 14-Ürün kaliteli olmalı uzun süre kullanılabilir olmalıdır.

A. Cengiz Çiftliği

