

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

05.08.2024

Sayı: 209

Konu: GAZLI BEZ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 09.08.2024 saat: 11:00 'a kadar [patnosdh@hotmail.com](mailto:patnosdh@hotmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Şakir KAYA  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HİDROFİL GAZLI BEZ 90 CM X 100 M 20 TEL			150	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname  
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallerinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## SMT3711 GAZLI BEZ

<b>Temel İşlevi:</b>	1. Sağlık tesisinde kullanılan Tampon, gaz kompres, batın kompres, pamuklu ped vb. yapımında kullanılmak amacı ile %100 hidrofıl pamuk ipliğinden imal edilmiş medikal malzeme olmalıdır.
<b>Malzeme Tanımlama Bilgileri:</b>	2. Bir top gaz bezinin eni en az 90 cm, boyu en az 100 metre olmalıdır.
<b>Teknik Özellikleri:</b>	3. Su tutuculuk ve hızlı emilim özelliği yüksek %100 hidrofıl pamuk ipliğinden üretilmiş olmalıdır. 4. Hiçbir boya maddesi içermemeli, beyaz, çirşsiz(apresiz), temiz, kokusuz, nemsiz olmalı; üzerinde kir, elyaf artıkları, yağ lekesi, yabancı cisim, dikiş, ek yeri ve parça bulunmamalı, kaçmış iplik görünmemelidir. 5. Oda sıcaklığında en az 24 saat bekletildikten sonra 1 m <sup>2</sup> sinin ağırlığı en az 24 gr. dan az olmamalıdır. 6. 1 cm <sup>2</sup> 'sinde enine boyuna (atkı+çözgü) toplam iplik sayısı en az 20(+/-1 ) adet olmalıdır. 7. Düzgün kenarlı olmalı, kolay katlanabilir-kıvrılabilir olmalıdır. 8. Her bir topu suya neme dayanıklı koruyucu ambalaj içinde olmalıdır.
<b>Genel Hükümler:</b>	1. Ürün her sağlık tesisinin talebi üzerine 1 adet =90cm *100mt uzunluğunda 1 top olarak teslim edilecektir. 2. Ürün TS EN 14079 kalite şartlarını sağlamalıdır. 3. Ürün ÜTS kayıtlı olmalıdır. 4. Teslimat balya şeklinde olmalı, her balya en fazla 15 top (1.500 m.) gaz bezinden oluşmalıdır.

Mahmut Demir

