

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü
Taşlıçay Devlet Hastanesi

SAYI : 2024/58
KONU : Piyasa Araştırması

05/08/2024

Teklif Davet

Sağlık Tesisimizde kullanmak üzere ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı ve Teknik Şartname ekinde Özellikleri belirtilen 16 kalem Tıbbi Cihazın Test ve Kalibrasyon İşİ 4734 sayılı kamu ihale kanunun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; Söz Konusu işin KDV hariç birim ve Toplam fiyatının 05.08.2024 tarih saat 10:00'a kadar, tdhsatinalma@gmail.com adresine, posta yolu ile ve ya elden) belirtilen adreslerden birine göndermenizi rica ederim.

Ebubekir GÜLMEZ
İdari ve Mali İşler Müdürü

S.NO	ALINACAK MAL/HİZMETİN ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	Yıkayıcı Dezenfektör	Adet	1		
2	Buhar Otoklavı	Adet	1		

İdarenizce doğrudan temin usulü ile 07.08.2024 tarihi saat 10:00 de alımı yapılacak olan Hizmet Alımı işine ait dokümanı oluşturan bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Doğrudan temin usulü ile yapılacak alıma ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

- 1- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak, teklif fiyata dahil olması öngörülen bütün masraflar teklifimize dahildir.
- 2- Teklifimiz aşağıda belirtilen tarihten itibaren 30(Otuz) takvim günü geçerlidir.
- 3- 4734 Sayılı Kanunun 22/d maddesi gereğince, alıma konu iş için kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.
- 4- Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.
- 5- Alıma konu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı
Kaşe ve İmza ⁽²⁾

TAŞLIÇAY DEVLET HASTANESİ VALIDASYON ŞARTNAMESİ

YIKAYICI DEZENFEKTÖR-BUHAR PARAMETRİK VE BİYOLOJİK VALIDASYON HİZMET ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU

Bu teknik şartname, TAŞLIÇAY DEVLET HASTANESİ'nde bulunan, Buhar Sterilizatörleri-Yıkayıcı Dezenfektörler validasyon hizmet alımları için kullanılacaktır. Teknik şartname; validasyon ihtiyacı duyulan hizmet alımının teknik özelliklerini. Denetim ve muayene metotlarını ve ilgili diğer hususları konu alır.

Validasyonu yapılacak cihazlar:

Buhar Otoklavı – 1 adet

Yıkayıcı Dezenfektör – 1 adet

2. GENEL HUSUSLAR

2.1. Tanımlar

2.1.1. Yüklenici/Firma: Validasyon hizmetini verecek firmadır.

2.1.2. Validasyon: Kullanılan yöntemin doğru ve kesin olarak sürekli bir şekilde bekleneni gerçekleştirildiğinin kanıtlanması için yapılması gereken işlemleri kapsar.

2.1.3. Akreditasyon: Muayene laboratuvarlarının uluslararası geçerliliği veya güvenilirliğinin tescil edilmesi işlemidir. Muayene Laboratuvarlarının EN285- EN 15883-EN 14937 standardına göre Akreditasyon ve/veya İzlenebilir Akreditasyon kurumu tarafından verilmiş ulusal ve uluslararası geçerliliği veya güvenilirliğinin tescil edilmesi ve sertifikalandırılmasını ifade etmektedir.

2.1.4. Standart: EN 285- EN 15883-EN 14937 validasyon standardını ve Sağlık Bakanlığınca başka bir standart belirlemesi halinde esas alınan standartlardır.

3. İSTEK VE ÖZELLİKLER

3.1. Genel İstekler

3.1.1. Yüklenici EN285- EN 15883 ve EN 14937 standardından akredite veya uluslararası yetki belgesi olmalıdır.

3.1.2. İhaleye katılımcı yüklenici, teklif ettiği hizmet işini; Hastanemizde bulunan cihaz için uygulayacağı validasyon parametrelerini, metotlarını ve kullanacağı validasyon cihazlarına ait bilgilerin yer aldığı detayları içeren ayrı bir tabloda tekliflerinde belirtecektir.

3.1.3. Cihazın test ve validasyon işlemi bulunduğu ortamında yapılacaktır.

3.1.4. Yüklenici; validasyon işlemi sırasında olası arızalanma, düşme, kırılma vb. olayların tamamından sorumludur. Olası bir durumda her türlü hasarı ücretsiz olarak telafi edecektir.

3.1.5. Yüklenici; validasyon işlemleri için görevlendirdiği personeline ait her türlü iş güvenliği ile ilgili olabilecek kaza ve hasarlardan kendisi yükümlü olacaktır.

Ahmet ARAS

Tıbbi Sekreter

T 25139

Taşlıçay İlçe Devlet Hastanesi

Fatih ÇİÇEK

Tıbbi Sekreter

Ahmet ÜNVER

Tıbbi Sekreter

Ebubekir GÜLMEZ

Taşlıçay İlçe Devlet Hastanesi

İdari ve Mali İşler Müdürü

Dr. Ahmet SAĞLAM

Taşlıçay İlçe Devlet Hastanesi

Başhekim

TAŞLIÇAY DEVLET HASTANESİ VALIDASYON ŞARTNAMESİ

3.2. Teknik İstekler :

3.2.1. Hastanemizin Sterilizasyon bölümünde bulunan 1 adet Buhar otoklavı, 1 adet yıkayıcı dezenfektör 1, Yüklenici tarafından parametrik validasyonu yapılacaktır.

3.2.2. Cihazın; serino.su, marka/modeli ve miktarı aşağıda belirtildiği gibi olacaktır.

Marka	model	Seri No	Cihaz adedi

3.2.3. Validasyon işlemi bittiğinde cihaz, Yüklenici tarafından tüm fonksiyonlarını kontrol ederek çalışır şekilde idareye faal olarak teslim edilecektir.

3.2.4. Yapılan validasyon işlemine yönelik teknik doküman/rapor yükleniciden istenecektir.

3.2.5. Validasyon hizmetinin sonunda düzenlenecek Validasyon raporunda, yapılan validasyonun sonuçlarını gösteren belgeler (Validasyon Sonuç Raporu) Yüklenici tarafından teslim edilecektir. Validasyon raporu, yükleme şekillerini, indikatör sonuçlarını, sıcaklık basınç kayıtlarını ve cihaz çıktılarını içermelidir.

3.2.6. Validasyonu yapılan cihazın üzerine, validasyon olumlu olması durumunda validasyon etiketi yapıştırılacaktır.

3.2.8. Cihaza yapılacak yıllık Buhar otoklavı validasyonu en az aşağıda belirtilen maddelerden oluşacaktır. İstenen her bir husus belgelendirilecektir.

-Hava kaçak (vakum) testi,

-BowieDickTesti

BowieDick (CEN Paket) testi, EN 285 standardı Madde 23.1 de tanımlanan özel kumaş ile yapılacak olup en 2 defa ardışık başarılı olmalıdır ve kurulum testi yapılmalıdır.

BowieDick testinde en az 7 sıcaklık ve 1 basınç datalogger ve kimyasal indikatör kullanılmalıdır.

-Yarım yük ve tam yük testleri;

Buhar otoklavı, tekstil, cerrahi alet ve/veya kullanılan programlara göre tam dolu ve yarım dolu testleri yapılacak olup, her pakette sıcaklık ölçümü alınmalı ve kurulum değerleri kontrol edilmelidir. En az 1 kez yarım ve 1 kez tam dolu test yapılmalıdır.

-Boş Hücre ısı dağılım testi,

Buhar otoklavı yükleme hücresinin ısı dağılım haritalaması yapılmalı ve uygunluğu kontrol edilmelidir.

Ahmet ARAS
Tıbbi Sekreter
T:251139
Taşlıçay İlçe Devlet Hastanesi

Fatih CİCİ
Tıbbi Sekreter

Ahmet ÜNVER
Tıbbi Sekreter

Ebuhekir GÜLMEZ
Taşlıçay İlçe Devlet Hastanesi
İdari ve Mali İşler Müdürlüğü

Dr. Ahmet SAĞLAM
Taşlıçay İlçe Devlet Hastanesi
Başhekim

TAŞLIÇAY DEVLET HASTANESİ VALIDASYON ŞARTNAMESİ

3.2.9.Cihaza yapılacak yıllık Yıkayıcı Dezenfektör validasyonu en az aşağıda belirtilen maddelerden oluşacaktır. İstenen her bir husus belgelendirilecektir.

-Yıkama Kabiliyeti testi,

Yıkayıcı dezenfektörlerde, en az 2 defa ardışık olmak üzere, cerrahi aletlerin protein kalıntısı ve kan kalıntı görsel muayenesi yapılmalıdır. En az 1 sıcaklık sensörü kullanılmalıdır

- Dezenfeksiyon Kabiliyeti testi,

Yıkayıcı dezenfektörlerde, en az 2 defa ardışık olmak üzere, dezenfeksiyon kabiliyeti yapılmalıdır.

A0 değeri validatör ile tespit edilmeli ve Biyolojik indikatör ile tam dolu ve boş yük ile birlikte, mikrobiyolojik su analizi de yapılmalıdır. En az 3 sıcaklık sensörü kullanılmalıdır.

3.2.10.Cihaza yapılacak yıllık H2O2 Plazma Sterilizatör validasyonu en az aşağıda belirtilen maddelerden oluşacaktır. İstenen her bir husus belgelendirilecektir.

- Boş hücre sıcaklık dağılımı testi,

En az 3 sıcaklık ve 1 basınç sensörü ile, hücre içi sıcaklık dağılımı testi her program için 1 kez yapılmalıdır.

- Yarım Döngü test,

En az 3 sıcaklık ve 1 basınç sensörü ile, her program için en az 2 kez yapılmalıdır. Yarım dozajlama H2O2 solüsyon kullanılmalı ve her döngüde, en az 6 adet biyolojik indikatör zorlaştırılmış test aparatı (PCD) ile yapılmalıdır.

- Tam Döngü test,

En az 3 sıcaklık ve 1 basınç sensörü ile her program için en az 2 kez yapılmalıdır. Tam dozajlama H2O2 solüsyon kullanılmalı ve her döngüde, en az 6 adet biyolojik ve kimyasal indikatör zorlaştırılmış test aparatı (PCD) ile yapılmalıdır. PCD ebatları, EN 867-5 'e göre uygun olmalıdır.

3.2.11. Yüklenici; TÜRKAK kurumu tarafından verilmiş, adı geçen kurumca izlenebilirliği olan, geçerli tarihli akreditasyon sertifikası olan bir kuruluş veya yüklenici muayene personelinin ulusal ve/veya uluslararası standartlara göre ilgili standartlardagöre yetki belgesi ve eğitim sertifikası olacaktır.Validasyonda kullanılan Data logger ve sensörlerin Kalibrasyon sertifikaları Akredite bir kuruluştan sertifikalı olmalı ve EN 285 de tanımlanan +/- 0,1 °C aralığında ölçüm doğruluğu olmalıdır. Kullanılan sıcaklık ve basınç sensörlerinin, 1 saniye aralıkla kayıt alma özelliği olmalıdır.

3.2.12. Cihazların; validasyonu yükleniciye teslim edilmesinden itibaren en geç 5 (iş)günü içerisinde validasyon işlemleri tamamlanacaktır.

3.2.13. Cihazların validasyon sonrasında; fonksiyonlarını yerine getirmesinde,

çalışmasında, amacına yönelik kullanımında ve performansında herhangi bir azalma olmayacaktır

3.2.14. Yüklenici; her bir cihaz için validasyon sonrası yaptığı işlemleri ayrıntılı bir şekilde servis raporunda belirtecek ve İdareye onaylatacaktır.

Ahmet ARAS
Tıbbi Sekreter
T:25139
Taşlıçay İlçe Devlet Hastanesi

Ahmet ÜNVER
Tıbbi Sekreter

Fatih ÇİÇEK
Tıbbi Sekreter

Ebubekir GÜLMEZ
Taşlıçay İlçe Devlet Hastanesi
İdari ve Mali İşler Müdürü

Dr. Ahmet SAĞLAM
Taşlıçay İlçe Devlet Hastanesi
Başhekim