

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

05.08.2024

Sayı: 470

Konu: KEMOTERAPİ UYGULAMA BAĞLANTI SETİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 09.08.2024 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Ceydet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KEMOTERAPİ UYGULAMA BAĞLANTI SETİ			2000	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

KEMOTERAPİ İÇİN TRANSFER SETİ KAPALI SİSTEM-KEMOTERAPİ ARA BAĞLANTI SETİ

1. Set; IV konnektörler, setler ve intravasküler uygulama setleri ile birlikte kullanıma uygun, ışıktan korumalı bağlantı seti olmalıdır.
2. Bağlantı seti; iğnesiz sistemle ilaç hazırlama ve uygulamalarına uygun, kapalı sistem olmalıdır.
3. Bağlantı seti; 1 adet 0,22 mikron havalandırma filtreli sivri serum giriş ucu, line üzerinde 22 mikronluk özel filtre, 1 adet kapalı iğnesiz valfli Y veya T konnektör, 1 adet klemp ve 1 adet hidrofobik kapak ile ışığa duyarlı ilaçlar için ışıktan korumalı hortumdan oluşmalıdır.
4. Set üzerinde; paclitaxel grubu yoğun ve köpüren formdaki ilaçlarda kullanıma uygun 22 mikron'luk özel filtre bulunmalıdır.
5. Set üzerinde bulunan serum giriş ucu hidrofobik havalandırma filtreli olmalıdır.
6. Setin distal ucunda, sıvı çıkışını engelleyen kapak olmalıdır.
7. Set üzerinde bulunan klemp sayesinde, sıvı geçişi gerektiği zaman kapatılabilmelidir.
8. Ürün ucundaki konnektör, Antineoplastik ilaçlarla geçimli olmalı, bu ürünlerle temasından sonra kullanımına devam edilebilmelidir.
9. Ürünün kullanımı sırasında; konnektör içerisinden aktarılan sıvı sadece dış ortamla bağlantısı olmayan en iç sıvı geçiş kanalından geçmeli, dış gövdeye temas etmemelidir.
10. Konnektör luerlock bağlantılarıyla uyumlu olmalıdır.
11. Konnektör; alkol, betadin ve klorheksidin gibi dezenfektanlarla geçimli olmalıdır.
12. Ürünün enjektöre bağlanan kısmı; kapalı, iğnesiz, valfli konnektör olmalıdır.
13. Ürün lateks ve fitalat (DEHP) içermemeli, antineoplastik ilaçlarla geçimli materyalden üretilmiş olmalıdır.
14. Ürünün Y veya T bağlantısı ucundaki konnektör, bağımsız halde kapalı bir sistem olmalı; mekanik ve mikrobiyolojik bariyer oluşturmalıdır.
15. Teklif edilen ürün EN Standartlarına uygun olarak paketlenmeli, tekli steril ambalajlarda olmalıdır.
16. Ürün ambalajı üzerinde Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası / ÜTS tarafından onaylanmış ürün barkod numarası bulunmalıdır.
17. Teklif edilen 0,22 mikron filtreli ara bağlantı setleri; kemoterapi ünitemizde kullanılmakta olan çoklu kemoterapi uygulama seti ve pompaları ile uyumlu olmalı ve birlikte kullanılabilir.

Kemoterapi Sanayisi
Ledia Aşarç
U

Doç. Dr. Kubilay KARABOYUN
Tıbbi Onkoloji ve İç Hastalıklar Kliniği
Dip. Tez. No. 165719
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi