

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

05.08.2024

Sayı: 473  
Konu: SİTRİK ASİT ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 09.08.2024 saat: 11:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HEMODİYALİZ CİHAZI DEZENFEKSİYON SOLÜSYONU SİTRİK ASİT SIVI 5 LT			500	Litre		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden  
.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname  
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

**HEMODİYALİZ CİHAZI DEZENFEKSİYON SOLÜSYONU SİTRİK ASİT SIVI 5LT**  
**(%50 LİK)**

1. Ürün, Fresenius ve Gambro marka hemodiyaliz cihazlarının iç dezenfeksiyonunda kullanıma uygun olmalıdır.
2. Ünitenin isteği doğrultusunda Gambro marka hemodiyaliz cihazları için %50 sitrik asit ve Fresenius marka hemodiyaliz cihazları için %50 sitrik asit içeren dezenfektan teslim edilecektir.
3. Ürün, volümetrik karıştırma prensibi ile çalışan hemodiyaliz cihazlarında kullanıma uygun olmalıdır.
4. Ürün, %50 sitrik asit, %2,5 Laktik asit, %2,5 Malik asit ve %100 RO su içermelidir.
5. Ürün cihazın entegre dezenfeksiyon programında kullanılabilir ve dezenfeksiyon pipetinden otomatik olarak çekilebilir.
6. Ürün ambalajı, 5 litrelik bidonlarda ve kilitli kapaklı olmalıdır.
7. Ürün ambalajı üzerindeki etiket, Türkçe olmalı ve CE standartlarına uygun etiketlenmiş olmalıdır. Ürün imal ve son kullanma tarihleri belirtilmiş olmalıdır.
8. Ürün 56 C ısı dezenfeksiyonunda, 15 dakikada Bakteriyosid (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae ) ve Fungusid (Candida Albicans) etkili olmalıdır. Firma bunu kanıtlandığına dair belgeleri ihale dosyasında sunmalıdır.
9. Ürün 56 C ısı dezenfeksiyonunda, 15 dakikada Virüs (Poliovirüs, Adenoid 75, Human Adenovirüs, HIV, HBC, HCV ) etkili olmalıdır.
10. 56 C ve 37 C dezenfeksiyonunda, kan artıkları ve kalsiyum karbonat kalıntılarını parçalamalıdır.
11. Ürünün TSE belgesi olmalıdır.
12. Ürün berrak ve akışkan olmalı, kendisine has kokusu olmalı, içinde tortu bulunmamalıdır.
13. Ürün 15-20 C sıcaklıkta ve gölgede kullanım süresi en az 2 yıl olmalıdır.
14. Ürünün istenildiği takdirde Ürün Güvenlik Bilgi Formu firma tarafından verilmelidir.
15. Ürün numuneleri ve gerekli olan belgeler, ürün talep eden bölüm tarafından incelenmiş ve uygunluğu onaylanmış olmalıdır. Numune getirmeyen firmalar, ihale dışı bırakılacaktır.
16. Firma, ürünün son kullanma tarihinden önce, depolama sırasında oluşan tortu, renk değişimi, kıvamında yoğunlaşma vb. durumlarda yenileriyle değiştirmelidir.
17. Numuneye onay verildikten sonra sipariş çekilecektir.

Menzile ÖZCAN  
H. Diyaliz Sorumlusu Hemşire  
D. Sağlık No: 6759  
Ağrı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Dr. Cafer AKDEMİR  
H. Diyaliz Sorumlusu Doktor  
D. Sağlık No: 3049  
Ağrı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Elif Esma UĞUZ UYGUN  
Biyomedikal Müdüresi