

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

05.08.2024

Sayı: 476

Konu: ÇİFT LÜMENLİ HEMODİYALİZ KATATERİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 09.08.2024 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HEMODİYALİZ KATETERİ, GEÇİCİ, ÇİFT LÜMENLİ, 12F, 19(±1)CM			70	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

HEMODİYALİZ KATETERİ, GEÇİCİ, ÇİFT LÜMENLİ 11.5 F

SMT Temel İşlevi:	1. Kateter iki veya üç lümenli olup, hemodiyaliz veya aferez tedavisi için kısa süreli damar yolu sağlamak amacı ile pediatrik veya yetişkin için; femoral vene, subclavian vene veya juguler vene uygulanabilir olmalıdır.
SM malzeme tanımlama bilgileri:	<p>2. Kateterin yapıldığı malzeme (flexi-smooth) poliüretandan olmalı, vücut sıcaklığında yumuşamalı ve uç kısmı yumuşak vücuda zarar vermeyecek şekilde olmalıdır.</p> <p>3. Kateterin yetişkin için çapı; 11-14Fr aralığında ve uzunluğu; 12-25cm aralığında, pediatrik için; 5-6,5-7-8-8,5-9-10-11F çaplarında ve isteğe göre 7-20cm uzunluğunda olmalıdır.</p> <p>4. Kateterin lümenlerinin uzantıları, 'yukarı doğru', 'aşağı doğru', "şafttan kıvrık veya lümenin içindeki teller aracılığıyla kıvrılabilir olmalıdır. Kateter; "Y", "M" veya "U" görünümünde olmalıdır veya lümenlerin içindeki teller aracılığıyla istenen görünüme getirebilir olmalıdır.</p> <p>5. Kateter gövdesi 180 derece kıvrıldığında kink olmamalıdır. Kink olup olmadığı test edilecektir.</p> <p>6. Kateterin bulunduğu kit içinde yetişkin için; istenilen çap ve uzunlukta geçici hemodiyaliz kateteri, kateter kalınlığı ile uyumlu en az 1 adet dilatör, 1 adet kateter uzunluğu ile uyumlu kılavuz tel, 1 adet 17G veya 18G introducer giriş iğnesi, 2 adet luer-lock koruma kapağı, pediatrik için ise; 1 Adet istenilen çap ve uzunlukta geçici hemodiyaliz kateteri, 1 adet Introducer iğne, 1 adet 0.021-0.038 x 45-70cm tek el ile kullanılabilen özel kılıfta J flexible Kılavuz tel, 1 adet istenilen çapta damar dilatörü, 2 adet Enjeksiyon veya luer-lock kapağı bulunmalıdır.</p> <p>7. Cilde sabitlenebilmesi için kolay dönebilen sütür halkası bulunmalıdır.</p> <p>8. Çift veya üçlümenli kateterin üzerinde arter yolu için kırmızı, ven yolu için mavi renkli birer klemp, klemp; beyaz renkte ise arter yolu için kırmızı ven yolu için mavi konnektörler bulunmalıdır. Ayrıca lümen üzerinde kateterin boyu, uzunluğunda yazılı olmalıdır.</p>

SORUMLU HEMŞİRE
ERDAL YILMAZ

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Enve AKALAYCI
Tıbbi Sekreter

SM malzeme tanımlama bilgileri:	9. Kataterin dolum hacimleri uzatmalar üzerinde belirtilmelidir. 10. Kateterin kenar delikleri bulunmalıdır.
Teknik Özellikleri:	11. Kateter radyo-opak olmalıdır veya uzunluğu boyunca radyo-opak şerit olmalıdır.
Genel Hükümler:	12. Hemodiyaliz katateri mini kit şeklinde olmalıdır. 13. Kateter alkol, iyot ve klorheksidin tabanlı dezenfektanlarla kullanıldığında zedelenmemelidir. 14. Kateter kiti steril, şeffaf ve orijinal ambalajında olmalıdır. 15. Sterilizasyon yöntemi, son kullanım tarihleri ve kateterin uygulaması ve kullanımı ile ilgili bilgiler setin üzerinde veya ayrıca bulunmalıdır.

SORUMLU HEMŞİRE
ERDAL YILMAZ

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Enver KALAYCI
Tıbbi Sekreter