



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İLSAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi



Sayı : E-68917221-949-250329095
Konu : Teklife Davet

05.08.2024

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **300 ÇİFT EL VE AYAK SABİTLEME KEMERİ** ALIM İŞİ 4734 sayılı ihale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **09.08.2024** tarih ve saat 14:00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	KARYOLA AYAK SABİTLEME KEMERİ, YETİŞKİN, TEK KULLANIMLIK	ÇİFT	300		
2	KARYOLA AEL SABİTLEME KEMERİ, YETİŞKİN, TEK KULLANIMLIK	ÇİFT	300		
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Uzm. Dr. Demet ÖKKE
Başhekim

NOTLAR

- 1) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
- 2) Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyumsuzluğu durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
- 3) Teklif edilen malzemenin TİTUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün UBB barkod numarası olması gerekmektedir.
- 4) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 5) Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
- 6) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 7) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 8) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9) Teknik Şartnamecektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğinden acaş yapıp teklifleri birlikte gönderilmelidir.
- 10) Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- 11) Alım kısmi teklife kapalıdır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI **Telefon: 0472 312 60 47** **e-posta: ddhsatinalma@gmail.com**

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: BF8CEC86-9581-4BCA-8B97-BA8E6E67E62E

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5. Km Doğu
bayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Şenay SAPMAZ
Tıbbi Sekreter
Telefon No: 04723126047 - 215



YETİŞKİN EL AYAK SABİTLEME BANDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Şabitleyici bant yumuşak, el ve ayak bileklerini sarabilen bir yapıda olmalıdır.
- 2-Bandın bileklik kısmı, kullanımda güvenliği ve rahatlığı sağlayabilmek için kapitone yöntemiyle sünger ve şardonlanmış kumaştan oluşan malzemeden dikilmiş yumuşak ve güçlendirilmiş yapıda olmalıdır.
- 3-Bileği güvenli rahat bir şekilde sarabilmesi için bileklik kısmının boyu minimum 25 cm, eni de minimum 6 cm olmalıdır.
- 4-Bandın bir ucunda bandın bileğe sarıldıktan sonra açılmasını engelleyen minimum 10 cm uzunluğunda erkek velkro 'dan yapılmış kilit parçası bulunmalıdır. Bantın diğer ucunda ise bilekliğin kapanmasına yardımcı olan velkro dikili bulunmalıdır.
- 5-Ayrıca, bilekliğin açılmasını önleyici ikinci bir güvenlik önlemi olarak, bandın dış yüzüne dikili olan ve tüm bandı saran minimum 1,6 mm genişliğinde pamuk dar dokuda kurdele olmalı, kurdeleninde bir ucunda sabit dişli plastik kilit, diğer ucunda ise kurdele uzunluğu ayarlanabilir erkek kilit parçası olmalıdır.
- 6-Bileği saran 1,6 mm genişliğinde pamuk dar dokuda kurdelenin, erkek kilit parçasında ayarlamadan sonra serbest kalan kısmını bilekliğe tutturmak için uç kısmında minimum 2 cm uzunluğunda erkek velkro kilitli bulunmalıdır.
- 7-Hastanın bileğinin karyola, sedye vb ünitelere bağlanabilmesi ve her çaptaki karyola sedye vb gibi eşyanın metal aksamına dolanabilmesi için, bandın üzerine dikili minimum 110 cm uzunluğunda, minimum 1,6 mm genişliğinde pamuk dar dokuma kurdeleden sabitleme kayışı olmalıdır.
- 8-Sabitleme kayışının üzerinde bir sabit dişli plastik kilit, diğer ucunda ise hastanın bileğinin ve ayağının karyola, sedye vb ünitelere bağlanma mesafesini ayarlayabilmek için, kurdele uzunluğu ayarlanabilir erkek kilit parçası olmalıdır.
- 9-Bu plastik kilitler hızlı müdahale ve kolay kullanım için hızlıca açılıp kapanabilir özellikte olmalıdır.
- 10-Bant istenildiğinde yıkanıp tekrar kullanılabilir olmalıdır.
- 11-Ürüne bir(1) adet numune kontrolünden sonra karar verilecektir.

Lulus DEKKA
YAS

Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz
Devlet Hastanesi
Zekerya BAŞARCAN
Biyomedikal Teknikeri

Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz
Devlet Hastanesi
Nesli DURMUŞ
Biyomedikal Teknikeri