

TEKLİFE DAVET

06.08.2024

Sayı: 483
Konu: BİSTÜRİUCU 20 ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktan ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Siz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 12.08.2024 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	BİSTÜRİUCU NO:20			2000	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambanna mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanışının numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanışının numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

BİSTÜRİ UCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Tek kullanımlık olmalıdır.
- 2-Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
- 3-Kolay açılabilir olmalıdır.
- 4-Kullanım kolay,sağlam, kesici özelliği iyi olmalıdır.
- 5-Kullanım sırasında(antiseptik solüsyona konulduğunda v.b)oksitlenmemeli ve dokuya zarar vermemelidir.
- 6-Paket kenarları sterilizasyonu korumak için iyi yapılmış olmalı,aynı zamanda bir kenarın uçları açarken kolaylık sağlaması için yapışık olmalıdır.
- 7-Bistüri dokuyu keserken kırılmamalı,iyi kesmeli,ameliyat süresince keskinliğini kaybetmemelidir.
- 8-Bistüri numarası ile uyumlu bistüri sapına uygun olmalı,kolay takılabilmeli,kolay çıkartılabilmeli kullanırken yuvasına iyi oturmalıdır.
- 9-Ürünün üzerinde son kullanma tarihi olmalıdır.
- 10-Ürünün 1 paketi içerisinde 100 adet belirtilen numaralardan Bistüri ucu olmalıdır.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Tıbbi Envanter Sekreteri
Zeynep ER

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yunus GÜZEL
Tıbbi Sekreter
Zeynep ER