

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

06.08.2024

Sayı: 486

Konu: ASPİRASYON TORBASI ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 12.08.2024 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ASPİRASYON TORBASI 1500 ML			400	Adet		
2	ASPİRASYON TORBASI 2000 ML			600	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satılmanın Yapılacağı Birim:

• **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

ASPIRASYON TORBASI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Torbalar dikişsiz ve yekpare olmalıdır.
- Torba hammaddesi flexible (esnek) PE olup, kalınlığı patlama ve yırtılmalara karşı dayanıklı olacak şekilde en az 0,30 mm olmalıdır.
- Torbalar, 1500, 2000 ve 2500 cc olmak üzere 3 farklı hacimde olmalıdır.
- Torba üzerinde birbirinden farklı çaplarda hasta, vakum, tandem (seri bağlantı) ve numune alma portları bulunmalı ve bu portları işlem sonunda kapatmak için kapak sistemi bulunmalıdır.
- Torbanın vakum kaynağı, torba dolduğunda vakum emişini durduran filtre bulunmalıdır. Bu filtre aynı zamanda kontaminasyon riskini engelleyici bakteri filtresi özelliğine de sahip olmalıdır, portların genişliği 0.2µm olduğu belgelendirilmelidir.
- Torbanın hasta bağlantı portunun altında aspire edilen materyalin hastaya geri akışını engelleyen "anti reflü valf" bulunmalıdır.
- Torbalar birbirine tandem girişi ile seri bağlanabilmelidir.
- Torbada köpük oluşmasını engelleyerek torbanın tam dolmasını sağlayan köpük önleyici ajan bulunmalıdır
- Hasta bağlantı hortumu en az 180 cm olmalıdır. Hortum ucunda gerekli durumlarda vakum kontrolü yapabilmek üzere "kapkon konnektör" bulunmalıdır.
- Hasta için kullanılan aspirasyon hortumunun kullanılmadığı zamanlarda yere değmemesi için takılabileceği bir bölüm olmalıdır.
- Ürün, birlikte ambalajlanmış hortum ve torbadan oluşmalıdır.
- Aspire edilen materyalin ana vakum kaynağına kaçmaması için ikinci bir emniyet olarak her sistem adeti kadar aspirasyon sistem filtresi verilmelidir.
- Kanister buhar otoklavına girdiğinde yazıların silinmemesi ve çıkması gerekmektedir.
- Kanister, kırılmaya dirençli 121⁰c de steril edilmeye uygun polikarbonat plastik malzemeden yapılmış olmalıdır.
- Kanister üzerinde açma kapama (on-off) valfi bulunmalıdır.
- Aspirasyon torbaları, ameliyathane ve anestezi ekibinin kullanımına uygun olacak şekilde 2'li veya 4'lü mobil arabalarda kullanılabilir. Mobil araba üzerinde vakummetre göstergesi bulunmalıdır.
- Yoğun bakım ve servislerde duvara montaj yapılabilir, tek kanisterli sistem olarak uygulanabilir olmalıdır.
- Montaj malzemeleri krom, nikel veya paslanmaz çelik malzemeden olmalıdır.
- Torbalara, hastanenin özel isteği doğrultusunda ilave materyaller olarak (köpük önleyici, jelleştirici ve dezenfektan) eklenebilir.
- Ürün etiketi üzerinde üretim, son kullanma tarihi, lot numarası, referans numarası ve firma bilgileri olmalıdır.
- Ürün miyadı en az 3 yıl olmalıdır.
- Üretici firma, ürüne ait Notified Body'den alınmış CE belgesine sahip olmalıdır.

SİBEL DORAN
Hemşire

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Enver KALAYCI
Tıbbi Sekreter