

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

07.08.2024

Sayı: 492

Konu: YABANCI CİSİM FORSEPSİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 13.08.2024 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ALLİGATÖR FORSEPS YABANCI CİSİM İÇİN			2	Adet		
2	YABANCI CİSİM FORSEPSİ			2	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

REUSABLE YABANCI CİSİM FORSEPSİ FARE DİŞLİ

- 1-ÜRÜN KATETERİ EN FAZLA 1.6 MM DİŞ ÇAPA SAHİP OLMALIDIR.
- 2-ÜRÜN KATETERİ EN AZ 230 CM UZUNLUĞUNDA OLMALIDIR.
- 3-(ÜRÜN KAPAKÇIK YAPISI TIRTIKLI FARE DİŞLİ OLMALIDIR.
- 4-FORSEPS KAPAKÇIKLARI EN AZ 6.7 MM GENİŞLİĞİNDE AÇILABİLMELİDİR.
- 5-FORSEPS KAPAKÇIKLARI KOLAY DEFORME OLMAMALIDIR.
- 6-FORSEPS ŞAFTI PASLANMAZ ÇELİKTEN ÜRETİLMİŞ OLUP ÜZERİ KAPLI OLMALIDIR.
- 7-KATETER KAPLAMASI ÜZERİNDE POZİSYONLANDIRMA MARKERLARI BULUNMALIDIR.
- 8-1.8 MM CİHAZ ÇALIŞMA KANALINA UYGUN OLMALIDIR.
- 9-(ÜRÜN ÜZERİNDE HANGİ MARKAYA AİT OLDUĞUNUN ANLAŞILABİLMESİ İÇİN ÜRETİCİ FİRMA İSMİ VEYA LOGOSU YER ALMALIDIR.

REUSABLE YABANCI CİSİM FORSEPSİ TİMSAH AĞIZLI

- 1-ÜRÜN KATETERİ EN FAZLA 1.6 MM DİŞ ÇAPA SAHİP OLMALIDIR.
- 2-ÜRÜN KATETERİ EN AZ 230 CM UZUNLUĞUNDA OLMALIDIR.
- 3-ÜRÜN KAPAKÇIK YAPISI TIRTIKLI OLMALIDIR.
- 4-FORSEPS KAPAKÇIKLARI EN AZ 6.7 MM GENİŞLİĞİNDE AÇILABİLMELİDİR.
- 5-FORSEPS KAPAKÇIKLARI KOLAY DEFORME OLMAMALIDIR.
- 6-FORSEPS ŞAFTI PASLANMAZ ÇELİKTEN ÜRETİLMİŞ OLUP ÜZERİ KAPLI OLMALIDIR.
- 7-KATETER KAPLAMASI ÜZERİNDE POZİSYONLANDIRMA MARKERLARI BULUNMALIDIR.
- 8-1.8 MM CİHAZ ÇALIŞMA KANALINA UYGUN OLMALIDIR.
- 9-ÜRÜN ÜZERİNDE HANGİ MARKAYA AİT OLDUĞUNUN ANLAŞILABİLMESİ İÇİN ÜRETİCİ FİRMA İSMİ VEYA LOGOSU YER ALMALIDIR.

Uzm. Dr. Emin DEREKÖYLO
Üroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 159565
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Fırat DURAK
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Biyomedikal Kontrolör