

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

07.08.2024

Sayı: 134

Konu: DİSPÖSİBLE SİSTOSKOP ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 13.08.2024 saat: 11:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SİSTOSKOPİ SETİ			6	Adet		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden  
.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname  
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## **DİSPOSABLE, FLEKSİBLE SİSTOSKOP TEKNİK ŞARTNAMESİ**

DisposableFleksibleSistoskop, mesane ve mesane duvarları, üretra, sfinkter ve prostadın görüntülemesi, biyopsi alınması ve ihtiyaç duyulduğunda negatif basınç yardımıyla mesanedeki taşın tahliye edilmesi için tasarlanmış olmalıdır.

1. DisposableFleksibleSistoskop ve çok kullanımlık LCD Görüntüleme Monitöründen oluşmalıdır.
2. DisposableFleksibleSistoskop dış çapı: Yetişkin hastalar için 5.2mm ve 4.0mm, Pediatrik hastalar için 3.2mm olmalıdır. Teklif veren firma bu çapların hepsini ürün gamında bulundurmalı, kullanıcı hekim isteğine göre teslimat yapmalıdır.

DisposableFleksibleSistoskop:

3. Tek kullanımlık olmalıdır.
4. Görüş alanı 120° olmalıdır.
5. Görüş açısı 0° olmalıdır.
6. Mesanenin tüm duvarlarının rahatlıkla muayene edilebilmesi için aç mekanizması sayesinde distal uçta elde edilen defleksiyon yukarı doğru en az 210°, aşağı doğru en az 210° olmalıdır.
7. Çalışma uzunluğu en fazla 35cm olmalıdır.
8. Çalışma kanalı bulunmalıdır. Kanal çapı, 5.2mm modeller için en az 2.2mm, 4.0mm modeller için en az 2.0mm ve 3.2mm modeller için en az 1.2mm kalınlığında olmalıdır.
9. Cihazın aspirasyon butonu bulunmalıdır.
10. İrigasyon için luer port bulunmalıdır. Kullanım kolaylığı açısından port elceğin sol tarafında yer almalıdır.
11. Elcek kısmında en az 2 adet fonksiyonel buton bulunmalıdır.
12. Skopunher hangi bir zaman kısıtlaması olmamalıdır.
13. Otomatik ışık ayarı bulunmalıdır, parlama meydana geldiği zaman kendi ışığını otomatik olarak kısabilmelidir.
14. Chip-on-tip teknolojisi sayesinde distalde CMOS kamerası olmalı ve peteksi olmayan, dijital görüntü sağlamalıdır.
15. Doğrudan görüntüleme ünitesine bağlanabilmelidir.
16. Teklif edilen DisposableFleksibleSistoskop ameliyathanede kullanılan Prosesörde çalışmalı ve tam uyumlu olmalıdır. her 10 adet Skop alımına 2 adet LCD Görüntüleme Monitörü ve 1 adet prosesör'ü (Görüntüleme Ünitesi) mülkiyeti tedarikçi firmada kalmak koşuluyla hastanenin kullanımına bırakacak ve 3 ayda bir periyodik olarak bakımını yapacaktır.
17. DisposableFleksibleSistoskop beraberinde verilecek LCD Görüntüleme Monitörü ve kullanıcı

hekimin tercihi doğrultusunda aynı marka görüntüyü doğrudan hastane endovizyonuna taşıyan monitörsüz prosesör ile tam uyumlu olmalıdır.

LCD Görüntüleme Monitörü:

18. DisposableFleksibleSistoskop ile tam uyumlu olmalıdır. Her hangi bir çevirici veya ek bir kabloya ihtiyaç duymadan doğrudan skopla bağlantı kurabilmelidir.
19. Ekran boyutu 8" olmalıdır.
20. Ekran çözünürlüğü en az 1024 x 768 piksel olmalıdır.
21. En az bir adet HDMI çıkışı bulunmalıdır. Bu çıkış sayesinde hastanede bulunan mevcut endovizyon sisteminin monitörüne bağlanabilmelidir.
22. Hafıza / Veri transferi yapılabilirdir. Bu transfer için monitör üzerinde USB portu bulunmalıdır.
23. Cihazın dahili en az 32GB hafızası olmalıdır. Dilendiği zaman taşınabilir bellek takılarak bu hafıza arttırılabilmelidir.
24. Resim ve Video kaydı yapabilmelidir.
25. Monitör üzerinden White Balance, Görüntü Dondurma özellikleri aktif edilebilmelidir. Bu özellik Skop üzerinde bulunan 2 adet fonksiyonel tuş üzerinden de yapılabilirdir.
26. Batarya kapasitesi en az 6400 mAh olmalıdır.
27. Aralıksız batarya süresi en az 4 saat olmalıdır.
28. Kolay taşınabilmesi ve ihtiyaç duyulan klinikte kullanılabilmesi için ağırlığı en fazla 1 Kg ( $\pm 0.05$  Kg) olmalıdır.
29. Video çıkış kapasitesi HDMI aracılığıyla en az 1920 x 1080 piksel çözünürlükte olmalıdır.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Op.Dr. Bilal ...  
Dip. Tes. No. ...

Uzm. Dr. Engin DEREKÖYLÜ  
Üroloji Uzmanı  
Dip Tes. No. 159565  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi