

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

07.08.2024

Sayı: 489

Konu: PERKÜTAN NEFROSKOP ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 13.08.2024 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	PERKÜTAN NEFROSKOPİ TAŞ YAKALAMA FORSEPSİ TEK ÇENELİ			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

PERKÜTAN NEFROSKOP SETİ

TEKNİK ÖZELLİKLER :

1. Perkütan Nefroskop kompakt olup vizörü lateral yapıda sabit ve paralel olmalıdır.
2. 3,5 mm.çapında enstrümanlara uygun düz enstruman kanalına sahip olmalıdır.
3. Enstruman kanalı oval olmalıdır.
4. Cihaz 20,8 Fr çapında 204 mm uzunluğunda operasyon kılıfı ve hollow obturatoru ile birlikte verilmelidir.
5. Perkütan Nefroskop ile verilecek olan enstruman portu sökölüp takılabilir yapıda ve otomatik valfli olmalıdır. Beraberinde 5'li pakette sızdırmazlık kapağı ve contası verilmelidir.
6. Perkütan Nefroskop'un handle'ı operasyon esnasında cerrahı yormaması için ergonomik olarak dizayn edilmiş olmalıdır. Handle üzerinde, cerrahın kullanacağı dört parmağı için ayrı, baş parmağı için de ayrı ayrı dizayn edilmiş yerler bulunmalıdır.
7. Perkütan Nefroskop ile beraber 1 adet 24,3 Fr. çapında, 150 mm. çalışma uzunluğunda Amplatz sheath verilmelidir. Musluklu olmalıdır
8. Teleskop görüş açısı 12 derece olmalıdır.
9. Çalışma uzunluğu 224 mm. olmalıdır.
10. Cihaz ile birlikte aşağıda belirtilen aksesuarlar verilmelidir :
 - **1 Adet :** 9Fr. çapında, 355 mm. çalışma uzunluğunda, çift çene hareketli, büyük taşlar için taş kavrama forsepsi,
 - **1 Adet :** 3,5 mm çapında 3 telli taş tutucu,
 - **1 Adet :** 10,5 Fr. çapında, 350 mm. çalışma uzunluğunda, yumuşak taşlar için dişli çeneli ve çift çene hareketli rotasyonlu (360° dönebilen), "click" sistemli, handle'ı ve uç kısmı birbirinden ayrılabilen taş kavrama forsepsi,
 - **1 Adet :** Sterilizasyon Sepeti.
11. 1 Adet aşağıda belirtilen özelliklere sahip dilatasyon seti verilmelidir.
 - Teleskop dilator 9-27 Fr
 - Dilator 30 Fr..

Uzm. Dr. Engin DEREKÖYLÜ
Üroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: T99565
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

PROF. DR. ERGİN DEREKÖYLÜ
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Sorumlusu

AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ'NE

Türkiye bilindiği üzere üriner sistem taş hastalığının endemik olduğu bölgelerden biridir. Ağrı ili de sebze tüketiminin kısıtlı, kırmızı et tüketiminin fazla olması sebebiyle bu hastalığın en yoğun görüldüğü bölgelerden biridir. Dolayısıyla üroloji polikliniğine taş nedeni başvuru sayısı oldukça fazladır.

Ağrı, Erzurum ve Van'a yakın olmasına rağmen nüfusu 500.000'in üzerindedir. Geçmiş dönemde Üroloji Kliniği çeşitli ameliyatlara yapılıyordu, son birkaç yılda; özellikle geçtiğimiz yıl; kadrolu olan tek üroloğun olması sebebiyle genellikle acil cerrahlara yönelinmiş, ameliyat sayısı da azalmıştır.

Üroloji Kliniği son 4 aydır, aktif çalışan 4 ürolog ile anabilim dalı gibi çalışmakta, sadece acil cerrahiler değil elektif, A grubu ameliyatlara da yapmaktadır. Her ürolog ameliyat gününde sekiz, bazı günler dokuz vaka almaktadır.

Rakamlarla ifade etmek gerekirse, 1 Şubat-1 Ağustos 2023 tarihleri arasında; altı ayda; üroloji kliniğinde 150 vaka yapılmışken, 1 Kasım 2023-1 Mart 2024 tarihleri arasında; dört ayda; 360 cerrahi işlem yapılmıştır. Bu rakamlar ile hastanede en aktif çalışan cerrahi klinikler arasına girmiştir.

Üroloji; en çok alet bağımlılığı olan branşlardan biridir. Yapılan ameliyatlara %92'si endoskopik olarak gerçekleştirilmiştir. Klinikçe uğraşlar sonucu hastanemize son 3 ayda flexible renoskop, transüretral rezeksiyon seti, lazer problemleri alındı.

Üroloji Kliniği olarak supin ve pron pozisyonunda perkütan nefrolitotomi tecrübesi olan cerrahlara sahibiz. Geçtiğimiz yıl Ekim, Kasım ve Aralık aylarında ayda yaklaşık 10 hasta perkütan nefrolitotomi nedeniyle üst merkezlere sevk edilmiş. Basit bir nefroskop ve pnömotik litotriptör alınması halinde bu ameliyatlara sevk masrafı olmadan Ağrı şehrimizde yapabiliriz.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Uzm. Dr. Çağrı COSKUN
Üroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 164658
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uzm. Dr. Engin DEREKÖYLÜ
Üroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 159565
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Op. Dr. Zülfi ÇELİKÖRS
Üroloji
Dip. Tes. No: 163181