

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Tutak Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

12.08.2024

Sayı:

Konu: 1 Kalem Biyomedikal Tüketim Malzemesi Alımı

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı mal/malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile satın alınacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden **15/08/2024** Tarih ve saat: **10:00** 'e kadar tutakdhsatinalma@outlook.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Bilgilerinize önemle duyurulur.

Murat DİVARGİ
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Mal/Hizmet Adı	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
4	ABR CİHAZI ELEKTRODU 3 LÜ TEK KULLANIMLIK		500	Takım		
Genel Toplam (KDV Hariç)						

Yazıyla//.....TL//

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satın almanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

ABR CİHAZI ELEKTRODU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Sağlık tesisimizde kullanılan MADSEN AccuScreen marka işitme tarama cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2-Bir karttan 3 snap elektrodu olmalıdır.
- 3- Anti alerjik , kendinden yapışkanlı ve hasta cildine yapışan yüzü hidrojenli olmalıdır.
- 4- Elektrodlar tek kullanımlık(disposable) ve çitçitli olmalıdır.
- 5- Ambalaj üzerinde son kullanım tarihi olmalıdır.
- 6- Elektrotlar orijinal ambalajında gönderilmelidir. Bir pakette 3 elektrot olmalıdır.
- 7- Elektrotlar yüz ergonomisine uyumlu olmalıdır.
- 8- Elektrotlar kenarları yuvarlatılmış kare şeklinde olmalıdır.
- 9- Elektrotların son kullanım tarihi teslim tarinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.
- 10- Firma üretim kaynaklı hatalara garanti vermelidir.

EBE

Seyma Nur CAKAN
[Signature]