

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

15.08.2024

Sayı: 518  
Konu: MOTOR SÜRÜCÜ SENSÖRÜ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 16.08.2024 saat: 11:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	MOTOR SÜRÜCÜ SENSÖRÜ			1	Adet		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden  
.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname  
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## TUR MOTORU SÜRÜCÜ SENSÖR DEĞİŞİMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Değişim yapılacak olan tur motoru işlev kaybı olmayacak veya var olan işlevler iptal Edilmemiş olacaktır. Bu çalışma sırasında oluşan herhangi bir yeni arızadan yüklenici firma Sorumlu tutulacaktır. Bu yeni arıza ile ilgili her türlü gider yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 2) Motor sürücü sensör değişimi olacak olan Tur motoru 6 ay süre ile garantili olacaktır.
- 3) Cihazın motor sürücü sensörü orijinaliyle değişecektir.
- 4) Cihazın motor sürücü sensörü değişecek ve kalibrasyon yapılacaktır.
- 5) Teklif veren firmalar cihaz tamiri için tamamen kendi imkanlarını kullanacak, tamir için lazım olabilecek her türlü iş gücü, cihaz ve sarf malzemeyi kendileri temin edecektir. Kurumumuz bu tür ihtiyaçları karşılamak veya hazır bulundurmamak zorunda değildir.
- 6) Tamiri gerçekleştiren firma cihaza tamir sonrası aynı arızaya karşı garanti verecek.
- 7) Tamiri gerçekleştiren firma tamir sonrası tamir esnasında yapılan işlemleri ve değişen parçaları gösteren servis raporu ve garanti belgesini biyomedikal servisine teslim edecektir.
- 8) Cihazın Tamir işlemi kesin siparişten itibaren en fazla 2 gün içerisinde gerçekleştirilecektir. Bu süre sonunda cihaz tam olarak çalışır durumda teslim edilmiş olmalıdır.
- 9) Cihaz tamir sonrası şartname ve sipariş belgesinde istenilen evrakların hepsi tamamlanmış olarak teslim edilecektir. Evrak eksikliğinden kaynaklı gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.
- 10) Yükleniciler, teknik şartnamede yer alan özelliklerin değerlendirilmesine imkan sağlaması açısından teklif ile birlikte teknik şartnamede belirtilen tüm şartları karşılayıp, karşılamadıklarını (maddeler halinde) taahhüt etmelidirler.
- 11) Tur motoru cihazının tamir edilecek parçaları NOUVAG marka TCM300 BL modele uygun olup orijinal olmalıdır.

AĞRI ÇEVRE VE BAPASTOMA HASTANESİ  
Serhat ÇETİN  
Biyomedikal Cihaz Teknikeri

Fırat DURAK  
Ağrı Devlet Hastanesi  
Biyomedikal sorumlusu