

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Tutak Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

15.08.2024

Sayı:

Konu: Biyomedikal Cihazlar İçin Yedek Parça Ve Avadanlık Alımı İşi

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı mal/malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile satın alınacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden **21/08/2024** Tarih ve saat: **10:00** 'e kadar tutakdhsatinalma@outlook.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Bilgilerinize önemle duyurulur.

Murat DİVARCI
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Mal/Hizmet Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	BUHAR OTOKLAVI KAYAR İÇ KAPAK CONTASI KAÜÇUK KARE KALINLIK 16MM-(SÜMER SM-2KK Model Cihaz için)	5	Adet		
2	BUHAR OTOKLAVI SU POMPASI HP : 1 (SÜMER SM-2KK Model Cihaz için)	1	Adet		
3	MORG ÜNİTESİ / CESET SAKLAMA DOLABI FAN MOTORU (BTN Marka Cihaz için)	4	Adet		
Genel Toplam (KDV Hariç)					

Yazıyla//.....TL//

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satın almanın Yapılacağı Birim:

•Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.

- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Sümer Marka SM-2KK Model

OTOKLAV CİHAZI SU POMPASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1

- 1) AC 220V olacaktır.
- 2)Üzerinde 1nc + 1no kontakları olacaktır.
- 3)PASLANMAZ kafa 1 beygir gücünde olacaktır.
- 4)İtalyan pentax pm100 model olacaktır.
- 5)Her türlü deformasyona karşı 1 yıl garantili olacaktır.
- 6)Teklif veren firmaların otoklav üretici belgesi ve TSE hizmet yeterlilik belgesi olacaktır.
- 7)Gönderilen parça cihaza uyumlu orijinal malzeme olacaktır.

OTOKLAV CİHAZI KAPAK CONTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 5

- 1) Silikon malzemedden olacaktır.
- 2) 50 shore sertlikte olacaktır.
- 3)16 çap 2,72 cm yekpare olacaktır.
- 4)Kırmızı renk olacaktır.
- 5)Her türlü deformasyona karşı 6 ay garantili olacaktır.
- 6)Teklif veren firmaların otoklav üretici belgesi ve TSE hizmet yeterlilik belgesi olacaktır.
- 7)Gönderilen parça cihaza uyumlu orijinal malzemedden imal edilmiş olacaktır.

Ali Cengiz ÇİFTÇİ
Teknisyen

Yusuf Çiftçi
İmza

FAN MOTORU TEKNİK ŞARTNAMESİ

BNT Marka Morg cihazı

1. KURUMUMUZDA BULUNAN MORG ÜNİTELERİNE UYUMLU OLMALIDIR.
2. İÇ KONDANSER EMİŞ FAN MOTORU OLMALIDIR.
3. İŞİ ALAN FİRMANIN TSE 13703 BELGESİ OLMALIDIR.
4. TAKILACAK FAN MOTORLARI EN AZ 1(BİR) YIL GARANTİLİ OLMALIDIR.

Ali Cengiz ÇİFTÇİ
Teknisyen

Yusef Çiftçioğlu