



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi



Sayı : E-68917221-949-251414631  
Konu : Teklife Davet

16.08.2024

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **HASTANEMİZ İHTİYACINA BİNAEN 2 KALEM HASTA BİLEKLİĞİ ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 22/08/2024 tarih ve saat 10:00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

**Bülent ÖZCAN**  
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	HASTA BİLEKLİĞİ ÇOCUK LACİVERT	ADET	100		
2	HASTA BİLEKLİĞİ YETİŞKİN LACİVERT	ADET	200		
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):					

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe

**OLUR**  
Uzm. Dr. Demet ÖKKE  
Başhekim

**NOTLAR**

- 1) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
- 2) Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
- 3) Teklif edilen malzemenin TİTUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün UBB barkod numarası olması gerekmektedir.
- 4) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 5) Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
- 6) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 7) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 8) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9) Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul ettiğine dair imza kaşe yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.
- 10) Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI Telefon:0472 312 60 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: A7B5CFEC-1EEE-4252-957F-B1E08DC3460C

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km  
Doğubayazıt / AĞRI 04400  
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447  
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>  
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Şenay SAPMAZ  
Tıbbi Sekreter  
Telefon No: 04723126047 - 215





## LACİVERT RENK HASTA BİLEKLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bileklik sürtünme ve aşınmaya karşı dayanıklı olmalı, su ,vücut ısı , kan amonyak ,çamaşır suyu gibi malzemelerden etkilenmemelidir.
2. Hasta bileğinin barkod yapışacak bölümü 3,5 cm en, 7,5 cm boyuna olmalıdır.
3. Bileklik kola takıldıktan sonra kesilerek çıkarılma dışında çıkarılmayacak özellikte olmalıdır.
4. Hasta bileklikleri hasta güvenlik standartlarına uygun olmalı, uygunluğu gösteren orijinal sertifikası olmalıdır.
5. Bilek genişliğine göre ayarlanabilir özellikte olmalıdır.
6. Barkod yapışacak bölümü şeffaf naylon kaplama olmalı. İçinde, hastanemizdeki barkot büyüklüğünde uyumlu karton olmalıdır.
7. Hasta kol bandı yumuşak PVC'den yapılmalıdır. Hastanın kollarına rahatsızlık vermeyecek şekilde kenarları tahriş edici olmayacaktır. Anti alerjik olmalıdır.
8. Hasta kol bantları tek kullanımlık olmalı çit çitleri kilitlendikten sonra açılmamalıdır.
9. Hasta kol bandının uzunluğu 24,3cm yazı yazılacak kısım 2,5cm ( +/-10mm olabilir).
10. Etiketler 6,5X2,2cm ebadında olmalıdır (+/-3mm olabilir).
11. Hasta kol bantları lacivert renklerde imal edilmelidir.
12. Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan Hasta Bakımında Güvenli Hava Yolu Yönetimi Rehberi doğrultusunda kol bantları gönderilecektir.
13. Üründen 1'er adet numune Ayniyat Depo birimine gönderilecek olup kontroller sonucunda onay verilecektir.
14. Ürün açık renk lacivert olarak değil koyuya yakın renk lacivert olarak kabul edilecektir.

Taha Yaşar KOÇ  
Kalite Birim Sorumlusu

Şeyma KOÇ  
Verimlilik Birim Sorumlusu

DOÇ.DR.YAŞAR ERYILMAZ  
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANASI  
Fikret ERDOĞAN  
Ambar/Birim