

EK-1

AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ERİŞKİN VE ÇOCUK ALERJİ KLİNİĞİ

Kullanıma Hazır YAMA TEST Teknik Şartnamesi

1. Kullanıma Hazır Yama Testin paketi 10 hastalık alerjen içermelidir. Her bir test; üzerine 12 adet alerjen emdirilmiş 3 panelden oluşmalıdır. Bu paneller hastaya uygulanmak üzere hazır haldedir ve başka bir ön hazırlık gerektirmemelidir. Hastaya uygulanan alerjen miktarı mmg/mm³ olarak bilinmelidir.
2. Toplam 3 panelden oluşan Kullanıma Hazır Yama Test Avrupa Standart Serisi alerjenlerini içermelidir.
3. 1 test = 1 hasta = 3 panel =36 Alerjen
4. Alerjen listesi tabloda belirtildiği gibi olacaktır.

Panel 1	Panel 2	Panel 3
Nickel Sulphate	P-Tert-Butylphenol formaldehyde resin	Dizolidinyl Urea (German 2)
Wool Alcohols	Paraben Mix	İmidazolidinyl Urea (German 115)
Neomycin sulphate	Carbii Mix	Budesonide
Potassium dikromat	Black Rubber Mix	Tixocortol-21-pivalate
Caine Mix	Cl+ Me- Isothiazolinone (Kathon CG)	Hydrocortisone-17-butyrate
Fragrance Mix	Quarternium-15	Altın sodyum Tiyosolfat
Colophony	Mercaptobenzothiazole	Dispers mavi 106
Epoxy resin	P-Phenylenediamine	Bronopol
Quinoline Mix	Formaldehyde	Bacitracin
Balsam of Peru	Mercapto Mix	Parthenoline
Ethylendiamine Dihydrochloride	Thiomersal	Dispers Blue 106
Cobalt chloride	Thiuram MIX	Bronopol

Adem Yigit

Uzm. Dr. Gültekin GEN
İmmünoalergoloji ve Alerji Hastalıkları
Uzm. Dr. Gültekin GEN
Çocuk İmmünoalergoloji ve Alerji Hastalıkları
Dış. Tel: 0506 1607193
Uzm. Dr. Gültekin GEN
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T. C
AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
İMMÜNOLOJİ VE ALERJİ HASTALIKLARI BİLİM DALI

DERİ PRİK TEST İÇİNANTİJEN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Deri prik test kiti 2 ml, 3 ml veya 5 ml flakonlar içerisinde olmalıdır.
- 2-Deri prik test kiti orijinal üretildiği ülkede dolum yapılmış olmalı ve şişe kapakları lateks damlalıklı olmalıdır.
- 3-Deri prik test kitlerinin Biyolojik BAU değerleri bu speklerde olmalıdır. %50Gliserol içeren serum fizyolojik içerisinde çözündürülerek %4 Fenol ile presene edilmiş olmalı ve protein konsantrasyonu 4000-6000 PNU /M sınırları arasında, Natriumchlorid 8.55-9.45 g/l,Phenol1.8-2.2 g/l arasında içermelidir.Test kitlerinin şişe kapakları her ürün grubu için farklı renkte olmalıdır.
- 4-Test kitleri ile birlikte özel muhafaza sandıkları ve gerekli donanımlar ücretsiz olarak verilmelidir.
- 5-Teklif edilen alerjen 2-8 C° stabil olarak saklanabilmelidir.
- 6- Deri prik test kitleri Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Müdürlüğünden alınmış "kontrol belgesine" sahip olmalıdır(Kontrol belgesi ibraz edilmeyen kitler alınmayacaktır). İlgili doküman ihale dosyasında sunulmalıdır, bu belgeyi ihale dosyasında sunmayan firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.Ayrıca teklif edilen ürüne ilişkin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası(TITUBB) kaydı var ise ihale dosyasında sunulmalı şayet mevcut ürünün TITUBB kaydı yok ise T.C Sağlık Bakanlığından onaylı firma beyanlı Ulusal Bilgi Bankası(UBB) Kapsam dışı yazısı mutlaka ihale dosyasında sunulmalıdır.Bu belgeyi sunmayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Deri test kitleri satan firmalar son kullanıcı izleme birliğinin sağlanabilmesi ve kitlerin soğuk zincir koşullarına uygunluğunun takibi için Türkiye Distribitörü tarafından verilmiş yetkili satıcı belgesini teklif ile birlikte ibraz etmelidir,aksi takdirde kitlerin hangi koşullarda getirildiği bilenemeyebileceğinden testlerde yanlış sonuçlar çıkabilmektedir.Deri prik test kitlerine teklif veren firma, yetkili satıcı olduğunu distribitör firmadan alınmış YETKİ SATICI BELGESİ ile ispatlamalıdır.
- 8-Deri test kitleri istenildiği taktirde opsiyonel olarak intra dermal ve provokasyon test kitleriyle desteklenebilmelidir.
- 9-Deri prik test kitleri karışım panelden tekli panele indirgenebilmelidir.
- 10-Deri prik testine ait içerik aşağıdaki liste gibi olmalıdır.
- 11- Mevcut alerjenler aşağıdaki listeden üretimde var olan ürünlerden temin edilecektir.
12. Verilen ürünler teslim tarihi itibari ile son kullanma tarihi en az 1 yıl olmalıdır.
13. Teklif edilen ürünlerin numuneleri değerlendirildikten sonra ürünün alınmasına karar verilecektir.

Adem Yiğit

Uzm. Dr. Gülşah MEN
Cip. Tes. No. 160793
Uzm. Tes. No. 161145
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

EK-2



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
AERO ve BESİN ALLERJEN PANELİ DERİ PRİK TESTİ İSTEM FORMU

		MİKTAR	ADET
1.	HİSTAMİN (POZİTİF KONTROL)	45 ml	15
2.	D. FARİNEA	36 ml	12
3.	D. PTERONYSSİNUS	36 ml	12
4.	COCKROACH (Blatella, H. böceği)	36 ml	12
5.	ASPERGİLLUS FUMİGATUS	36 ml	12
6.	ALTERNARIA ALTERNATA	36 ml	12
7.	CLADOSPORIUM	36 ml	12
8.	ÇAYIR KARIŞIMI (Grass mix)	36 ml	12
9.	Phleum Pratense (Timothy)	36 ml	12
10.	Secale Cereale (Rye)	36 ml	12
11.	SERVİ AĞACI (Cuprassecea)	36 ml	12
12.	HUŞ AĞACI (Birch)	36 ml	12
13.	AĞAÇ KARIŞIMI	36 ml	12
14.	YAPIŞKAN OTU (Pariatera Jud.)	36 ml	12
15.	PELİN OTU (Artemisya V.)	36 ml	12
16.	KAZAYAĞI (Chenopodium)	36 ml	12
17.	SİNİR OTU (English Plantain, Plantago)	36 ml	12
18.	KEDİ EPİTELI	36 ml	12
19.	KÖPEK EPİTELI	24ml	8
20.	KÜMES HAYVANLARI KARIŞIMI	3 ml	1
21.	SİVRİSİNEK	3 ml	1
22.	MUHABBET KUŞU	3 ml	1
23.	İNEK TÜYÜ	3 ml	1
24.	APİS	3 ml	1
25.	VESPULA	3 ml	1
26.	TOPLAM		233

Adem Yigit

(Signature)

(Signature)

Uzm. Dr. GÜLSHİR SEN
Çocuk İmmünolojisi ve Allerji Hastalıkları
Dip. Tes. No: 150002
Uzm. Tes. No: 151765
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

EK-2



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
AERO ve BESİN ALLERJEN PANELİ DERİ PRİK TESTİ İSTEM FORMU

		MİKTAR	ADET
1.	Yumurta akı	18 ml	6
2.	Yumurta sarısı	18 ml	6
3.	Süt	12 ml	3
4.	Buğday	18 ml	6
5.	Soya	12 ml	4
6.	Tavuk	12 ml	4
7.	Kırmızı et	12 ml	4
8.	Mercimek	12 ml	4
9.	Susam	12 ml	4
10.	Portakal	12 ml	4
11.	Patates	12 ml	4
12.	Yer fıstığı	12 ml	4
13.	Çilek	12 ml	4
14.	Kakao	6 ml	2
15.	Kaju	6 ml	2
16.	Ceviz	12 ml	4
17.	Fındık	12 ml	4
18.	Badem	12 ml	4
19.	Elma	12 ml	4
20.	Muz	12 ml	4
21.	Domates	12 ml	4
22.	Şeftali	12 ml	4
23.	Antep Fıstığı	6 ml	2
24.	Kivi	3 ml	1
25.	Profilin	3 ml	1
26.	TOPLAM		93

Adan Yigit
an

Uzm. Dr. Mustafa ÖZGEN
İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uzm. Dr. Mustafa ÖZGEN
Genel İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları
Dip. Tes. No. 161705
Uzm. Tes. No. 161705
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi