

**T.C**  
**SAĞLIK BAKANLIĞI**  
**Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü**  
**Taşlıçay Devlet Hastanesi**

SAYI : 2024/63  
KONU : Mal Alımı Hk.

20/08/2024

**Teklif Davet**

Sağlık Tesisimizde kullanmak üzere ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı ve Teknik Şartname ekinde Özellikleri belirtilen 1 kalem Bebek Alt Açma, Alt Değiştirme Ve Kundaklama Masası Mal Alımı 4734 sayılı kamu ihale kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; Söz Konusu işin KDV hariç birim ve Toplam fiyatının 23.08.2024 tarih saat 10:00'a kadar, [tdhsatinalma@gmail.com](mailto:tdhsatinalma@gmail.com) adresine, posta yolu ile ve ya elden) belirtilen adreslerden birine göndermenizi rica ederim.

Ebubekir GÜLMEZ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

S.NO	ALINACAK MAL/HİZMETİN ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	Bebek Alt Açma, Alt Değiştirme Ve Kundaklama Masası	Adet	2		

İdarenizce doğrudan temin usulü ile 23.08.2024 tarihi saat 10:00 de alımı yapılacak olan Hizmet Alımı işine ait dokümanı oluşturan bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Doğrudan temin usulü ile yapılacak alıma ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

- 1- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak, teklif fiyata dahil olması öngörülen bütün masraflar teklifimize dahildir.
- 2- Teklifimiz aşağıda belirtilen tarihten itibaren 30(Otuz) takvim günü geçerlidir.
- 3- 4734 Sayılı Kanununun 22/d maddesi gereğince, alıma konu iş için kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.
- 4- Aldığımız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığımızı kabul ediyoruz.
- 5- Alıma konu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı  
Kaşe ve İmza <sup>(2)</sup>

## Taşılayıcı Devlet Hastanesi Bebek Alt Açma, Alt Değişirme ve Kundaklama Masası

- Yatak platformunda sünger üzeri vinleks kaplı şilte bulunmalıdır.
- Platformun üç kenarı, düşmeleri engellemek için korumalıkla çevrili olmalıdır.
- **Bebek altı açma masası** metal aksamı elektrostatik toz boya ile boyalı olmalıdır.

### Dış Ölçüleri:

Derinlik: 820 mm – Boy: 520 mm - Yatak Yüksekliği: 950 mm - Toplam Yükseklik: 108 mm olmalıdır

Nursefa TASDEMİR  
Kalite Direktörü

Feyza ARSLAN

Muhammed KALAYCI