

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

22.08.2024

Sayı: 222

Konu: X RAY TÛPÛ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve ařađıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 29.08.2024 saat: 11:00 'a kadar patnosdh@hotmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Geređini rica ederim.

Şakir KAYA
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	RÖNTGEN GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ İYONİZE RADYASYON TÛPÛ 1.3 MEGA HEAT UNITS (MHU)			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2024

Kiři / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaře/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler sipariřten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluđunun deđerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden deđerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde deđerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulařtırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

DİJİTAL RADYOGRAFİ SİSTEMİ X İŞİN TÜPÜ
(150-13-02-01-240010755)
TEKNİK ŞARTNAMESİ

Konu: Bu teknik şartname hastanemizde kullanılmakta olan DRGEM marka GXR 82 SD model Tavan Statifli Çift Dedektörlü X Işın Tüpü temini ile ilgili teknik, garanti vs. hususları kapsamaktadır.

1. Teklif edilen X Işın Tüpü, kullanmakta olduğumuz Tavan Statifli Çift Dedektörlü ile uyumlu çalışabilmelidir. Ömürlü parça sistem üreticisinden temin edilmiş olmalı ve Üretici veya Temsilci firmanın kullanım hataları dışında garanti belgesi teklif ile birlikte sunulmalıdır.
2. Teklif edilecek malzeme cihazın üzerinde bulunan tüp ile aynı marka ve model olacak, benzeri muadili vb. malzeme kabul edilmeyecektir.
3. X ray tüpünün üretim tarihi teslim tarihinde en fazla 6 ay olmalıdır. Daha eski üretim tarihli tüplerin teslimatı kabul edilmeyecektir.
4. Teklif edilen X Işın Tüpü fokal spotları, küçük spot için en fazla 0.6 mm, büyük spot için en fazla 1.25 mm olmalıdır.
5. Teklif edilen X Işın Tüpü küçük fokus gücü en az 40 kW, büyük fokus gücü en az 100 kW olmalıdır.
6. Teklif edilen Ürünün satışı ve servisi için ; cihazı üreten firmadan alınmış satış/servis yetki belgesi olmalıdır. Teklif dosyasında bu durum belgelendirilmelidir.
7. X Işın Tüpü teklif veren firma tarafından yerine ücretsiz olarak yerine monte edilecek ve çalışır durumda teslim edilecektir.
8. X Işın Tüpü değişimi sonrası, sistemin tüm kalibrasyon ayarları, üretici firmanın özel kalibrasyon aletleri ile yapılacaktır.

10.Kabul esnasında tüpe ait gümrük beyannamesi komisyona ibraz edilecektir, Gümrük beyannamesi bulunmayan veya yenilenmiş tüpler kabul edilmeyecektir. Gerek duyulması halinde ana üreticiden yazı istenebilecektir.

11.X Işın Tüpü değişimi sonrası, cihazda parça değişimi kaynaklı veya parça değişimi ile ilgisiz başka bir sorun oluşması halinde, bu sorun bedelsiz giderilecektir.

12. Tüp montajı yapılırken cihazın orijinaliği bozulmayacaktır. Sistemde modifikasyon yapılmadan üretici firma talimatlarına göre montajı yapılacaktır.

Beral UŞKIN
Radyoloji Birim Sorumlusu
Pantus Devlet Hastanesi

A. Yasin Macit
Yusuf

Ahmet Kılıç
A

GARANTİ VE DİĞER HUSUSLAR

1. Teklif edilen ömürlü parça, kullanıcı hataları dışında 1 (Bir) Yıl Sistem üreticisi ve Türkiye Mümessilli garantisine sahip olmalıdır. Bu durum teklif ile belgelendirilecektir.
2. Teklif veren firmalar, Sistem üreticisi veya temsilcisi firmadan temin edilen yetki belgesine sahip olmalı ve Sistem üreticisi veya temsilci firmanın yetki belgesine sahip olmalıdır. Bu durum teklif ile belgelendirilecektir.
3. Teklif veren firmalar, Sistem üreticisi veya temsilcisi firmadan temin edilen Eğitim sertifikasına sahip olmalı bu durum teklif ile belgelendirilecektir.

A. Yusuf Maviç


Berat TASKIN
Radyoloji Birim Sorumlusu
Patnos Devlet Hastanesi



Ahmet Erilçin
